Glooko Transmitter

Návod k použití – pro uživatele řešení Glooko

glooko®
BETTER TOGETHER

Obsah

Vyhledání zařízení 4–5

Všeobecné informace 6
- Popis výrobku 6
- O řešení Glooko 6
- Zamýšlené použití 6
- Kontraindikace 6
- Upozornění 6
- Preventivní opatření 6
- Požadavky zařízení 6

Začínáme 7
- Čištění vysílače Glooko Transmitter 7
- Pokyny k likvidaci 7

Rychlé tipy 7

Nastavení vysílače Glooko Transmitter 8
- Nastavení bez použití kabelového boxu 8
- Nastavení při použití kabelového boxu 8
- Připojení zařízení pro diabetiky 9
- Nahrání dat 9

Další informace 10
- Nastavení Ethernetu 10

Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu 11

Vyhledání zařízení

Glukometr

Zařízení pro kontinuální monitorování glukózy

Inzulinová pumpa

Inzulinové pero

Abbott
FreeStyle Freedom Lite ... 11
FreeStyle InsuLinx ... 11
FreeStyle Lite ... 11
FreeStyle Optium Neo ... 11
FreeStyle Precision Neo ... 11
Precision Xtra ... 11
Precision Xceed ... 11

Abbott
FreeStyle Libre ... 11

Acon Laboratories
On Call® Advanced ... 11
On Call® Express ... 11
On Call® Express II ... 11
On Call® Express Voice ... 11
On Call® Plus ... 11
On Call® Resolve ... 11
On Call® Sure ... 11
On Call® Sure Sync ... 11
On Call® Vivid ... 11

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ ... 12

Animas
OneTouch Ping (meter) ... 12

Animas
OneTouch Ping (pump) ... 17
Vibe ... 17
Vibe Plus ... 17

Arkray
GlucoCard 01 ... 12
GlucoCard Expression ... 12
GlucoCard Shine ... 12
GlucoCard Vital ... 12
GlucoCard Shine Connex ... 12
GlucoCard Shine Express ... 12
GlucoCard Shine XL ... 12
ReliOn Confirm ... 12
ReliOn Premier Blu ... 12
ReliOn Premier Classic ... 12
ReliOn Premier Voice ... 12
ReliOn Prime ... 12

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 ... 12
Contour ... 12
Contour Care ... 12
Contour Fit ... 12
Contour Link ... 12
Contour Next ... 12
Contour Next (Bluetooth) ... 12
Contour Next One ... 12
Contour Next EZ ... 12
Contour Next Link ... 12
Contour Next Link 2.4 ... 12
Contour Next USB ... 12
Contour Plus ... 12
Contour Plus Blue ... 12
Contour Plus Elite ... 12
Contour Plus One ... 12
Contour TS ... 12
Contour USB ... 12
Contour XT ... 12

Beurer
GL50 evo ... 12
Beurer GL 44 ... 12
Beurer GL 48 ... 12
Beurer GL 49 ... 12

Bionime
GE100 ... 13

Bioseven
lineaD ORO ... 13

Dexcom
G4 Platinum ... 16
G4 Platinum with S hare ... 16
G5 ... 16
Touchscreen Receiver (G5/G6) ... 16

Equil/Wellion
MICRO-pump ... 17

ForaCare
FORA 6 Connect ... 16
Diamond Mini DM30 ... 16
ForaCare Fora GD40 ... 16

GlucoRx
HCT ... 13
Nexus ... 13
Nexus Mini ... 13
Q ... 13

GlucoX
TD-4183 ... 13

i-SENS
Alphacheck Professional ... 13
CareSens BGM/TEE2 ... 13
CareSens Dual ... 13
CareSens N ... 13
CareSens N POP ... 13
CareSens N Voice ... 13
CareSens N Premier ... 13
No Coding Plus ... 13
TEE2+ ... 13

iCare
Palmdoc II ... 13

Infopia
Fintetest Lite ... 13
GlucoLab ... 13

Insulet
Omnipod® System ... 17
Omnipod® Dash™ System ... 17

Intuity
POGO® Automatic™ ... 13

LifeScan
OneTouch Select Plus ... 13
OneTouch Ultra ... 13
OneTouch Ultra2 ... 13
OneTouch UltraEasy ... 13
OneTouch UltraMini ... 13
OneTouch Ultra Plus Reflect ... 13
OneTouch Verio ... 13
OneTouch Verio Flex ... 13
OneTouch Verio IQ ... 13
OneTouch Verio Reflect ... 13
OneTouch Verio Sync ... 13

Medtronic
630G ... 17
640G ... 17
670G ... 17

Menarini
GLUCOCARD G+ ... 14
GLUCOCARD SM ... 14
GlucoFix Tech ... 14
Glucomen areo ... 14
Glucomen areo 2K ... 14
Glucomen LX2 ... 14

Nipro
4SURE Smart ... 14
4SURE Smart Duo ... 14

NovoNordisk
NovoPen® 6 ... 19
NovoPen Echo® Plus ... 19

Prodigy
AutoCode ... 14

Roche
Accu-Chek Active ... 14
Accu-Chek Aviva Combo ... 15
Accu-Chek Aviva Connect ... 14
Accu-Chek Aviva Expert ... 15
Accu-Chek Aviva Insight ... 19
Accu-Chek Aviva Nano ... 15
Accu-Chek Aviva Plus Black ... 15
Accu-Chek Aviva Plus Silver ... 15
Accu-Chek Compact ... 15
Accu-Chek Compact Plus ... 15
Accu-Chek Guide ... 14
Accu-Chek Guide Me ... 14
Accu-Chek Instant ... 14
Accu-Chek instant S ... 14
Accu-Chek Mobile (USB) ... 14
Accu-Chek Nano ... 15
Accu-Chek Performa ... 15
Accu-Chek Performa Connect ... 14
Accu-Chek Performa Insight ... 18
Accu-Chek Performa Nano ... 15
Accu-Chek Spirit Combo ... 18

Roche
Accu-Chek Aviva Insight ... 18
Accu-Chek Performa Insight ... 18
Accu-Chek Solo ... 17

Sanofi
BGStar ... 14
MyStar Extra ... 14

Tandem
t:flex ... 17
t:slim ... 17
t:slim X2 ... 17
t:slim G4 ... 17

Taidoc
TD-4183 ... 14

Terumo
Medisafe Fit Smile ... 16

Terumo
Medisafe WITH ... 19

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX ... 14
TRUE METRIX AIR ... 14
TRUEresult ... 14
TRUEyou mini ... 14

Wellion
Calla Light ... 14
Calla Mini ... 14
Galileo GLU/KET ... 14
Leonardo GLU/KET ... 14

Ypsomed
Mylife Aveo ... 14

Všeobecné informace

Popis výrobku

Vysílač Glooko Transmitter je určen lékařům a zdravotníkům ve zdravotnických zařízeních a slouží k přenosu předdefinovaných dat z domácích monitorovacích zařízení do serverové databáze.

O řešení Glooko

Společnost Glooko nabízí poskytovatelům zdravotní péče online řešení, které centrálně shromažďuje a ukládá všechna data pacientů s diabetem a nevyžaduje instalaci žádného softwaru. Všechny informace přenesené ze zařízení pomocí kabelu nebo infračerveného přenosu se ihned zobrazí online v zabezpečeném účtu Glooko. Všechna data z různých zařízení se zkonsolidují a prezentují ve formě jedné sestavy.

Zamýšlené použití

Systém Glooko je platforma pro monitorování léčby diabetu, která je určená pro zdravotníky i pacienty a kterou lze používat na klinice nebo na dálku. Umožňuje prohlížení dat pacientů z kompatibilních zdravotnických zařízení a jiných monitorovacích zdravotnických zařízení. Dále umožňuje zdravotnickým pracovníkům zefektivnit léčbu diabetu prostřednictvím analýzy a monitorování léčby diabetu pacienta a programu péče.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Upozornění!

Systém Glooko přenášená data neměří, neinterpretuje ani na jejich základě nevydává žádná rozhodnutí a nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Veškeré lékařské diagnózy a léčba musejí probíhat pod dohledem příslušného poskytovatele zdravotní péče.

Veškeré lékařské diagnózy a léčba pacientů musejí probíhat pod dohledem kvalifikovaných lékařů a zdravotníků! Řešení Glooko nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani nemá sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Řešení Glooko není určeno k tísňovým voláním ani k přenosu nebo indikaci výstrah v reálném čase nebo urgentních dat! Řešení Glooko nemá sloužit jako náhrada přímého lékařského dozoru ani urgentního lékařského zásahu.

Preventivní opatření

- Neponořujte vysílač Glooko Transmitter do kapaliny ani jej žádné kapalině nevystavujte. Kapaliny mohou vysílač Glooko Transmitter poškodit.
- Vysílač Glooko Transmitter lze používat opakovaně. Pokud vysílač Glooko Transmitter vykazuje známky poškození (např. roztřepené kabely nebo degradaci materiálu), přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznickou podporu.

Požadavky zařízení

K uložení dat přenesených z vysílače Glooko Transmitter je vyžadován účet Glooko. Prvotní účet správce pro kliniku vytváří tým podpory společnosti Glooko. Další jednotlivé účty může vytvořit správce na klinice pomocí webové aplikace Glooko. Další pokyny k webové aplikaci Glooko naleznete v uživatelské příručce pro kliniky společnosti Glooko.

Začínáme

Co budete potřebovat:

1. Kompatibilní měřič glykémie, inzulinové pero, inzulinová pumpa nebo zařízení pro kontinuální monitorování glykémie (CGM),
2. vysílač Glooko Transmitter,
3. účet Glooko s přístupem k nástroji Population Tracker,
4. kabel pro nahrávání z používaného zařízení pro diabetiky. Upozorňujeme, že společnost Glooko tyto kabely nedodává. Pokud vám potřebný kabel chybí, obraťte se na výrobce zařízení.

Čištění vysílače Glooko Transmitter

K čištění vysílače Glooko Transmitter použijte hadřík z mikrovlákna, abyste odstranili veškerý prach nebo částice. Vysílač Glooko Transmitter nevystavujte žádným kapalinám.

Pokyny k likvidaci

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Rychlé tipy

- Nefunguje připojení k síti? Zkuste vysílač Glooko Transmitter přesunout v rámci kliniky na jiné místo, kde by mohl být lepší mobilní signál.
- Data ze zařízení se nenahrávají? Před připojením zařízení pro diabetiky zkontrolujte, zda se na vysílači Glooko Transmitter zobrazuje text „Připraveno k přenosu“.



* *Port Micro-HDMI je vypnutý.*

Nastavení vysílače Glooko Transmitter

Nastavení bez použití kabelového boxu

1A Připojení vysílače Glooko Transmitter



1. Připojte napájecí adaptér, jak je znázorněno výše, a zapojte jej do elektrické zásuvky.

2A Spuštění

1. Dokončete nastavení podle pokynů na displeji.
2. Po dokončení nastavení se zobrazí text „Připraveno k přenosu“.

Nastavení při použití kabelového boxu

1B Připojení vysílače Glooko Transmitter a rozbočovače USB



1. Vložte rozbočovač USB do kabelového boxu.
2. Připojte rozbočovač USB k vysílači Glooko Transmitter (pomocí kabelu USB) a zapojte jeho napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
3. Postavte vysílač Glooko Transmitter na kabelový box. Připojte k němu napájecí adaptér, jak je znázorněno výše, a zapojte jej do elektrické zásuvky.

2B Spuštění

1. Dokončete nastavení podle pokynů na displeji.
2. Po dokončení nastavení se zobrazí text „Připraveno k přenosu“.

Poznámka: Pokud chcete připojit vysílač Glooko Transmitter k internetu prostřednictvím kabelové sítě Ethernet (místo vestavěného mobilního připojení), připojte ethernetový kabel a vysílač Glooko Transmitter se sám nakonfiguruje. Další pokyny najdete na straně 10.

3 Připojení zařízení pro diabetiky

Každé zařízení pro diabetiky lze připojit některým z následujících způsobů:

- kabel USB (port USB nebo rozbočovač USB),
- infračervený přenos (vestavěný infračervený přijímač nebo u některých zařízení kabel čtečky Smart Pix),
- NFC (Near Field Communication),
- BLE (Bluetooth Low Energy).

4 Nahrání dat

Postupujte podle konkrétních pokynů k nahrání dat z různých kompatibilních zařízení pro diabetiky na stranách 11–19. Jakmile se displej rozsvítí zeleně, je přenos dokončen.

5 Přihlášení k účtu Glooko



Přejděte na stránku https://my.glooko.com a přihlaste se do svého nástroje Population Tracker. Přejděte na kartu Přiřadit zařízení, na které lze načíst nahraná data.

Další informace o použití vysílače Glooko Transmitter najdete v tomto dokumentu: Glooko pro kliniky – stručná úvodní příručka na stránce https://support.glooko.com

Další informace

Pokud je k dispozici aktualizace, můžete dát pokyn k okamžitému restartování. V opačném případě se vysílač Glooko automaticky aktualizuje za 10 hodin.



Pokud se proces nahrávání nezdaří, zobrazí se upozornění. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přístup k dalším funkcím získáte klepnutím na ikonu nabídky.

Přenést zařízení Bluetooth

Kliknutím na ikonu nabídky otevřete nabídku zařízení Glooko Transmitter.



Vyberte volbu "Přenést zařízení Bluetooth".

Vyberte zařízení, které chcete přenést, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení kabelové sítě Ethernet

Po připojení ethernetového kabelu se vysílač Glooko Transmitter automaticky pokusí připojit k internetu přes kabelovou síť (Ethernet).

Chcete-li nakonfigurovat připojení ke kabelové síti Ethernet ručně nebo zjistit adresu MAC, přejděte na tyto položky: **Nabídka > Nastavení > Nastavení sítě > Nastavení sítě Ethernet**

Pokud nakonfigurovaná kabelová síť Ethernet není k dispozici, vysílač Glooko Transmitter se automaticky vrátí k mobilnímu připojení.



Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu

Níže jsou uvedeny pokyny, jak pomocí vysílače Glooko Transmitter nahrát data o diabetu z kompatibilního zařízení. Pokud nejsou k zařízení poskytnuty výslovné pokyny pro nahrávání, stačí jej připojit k vysílači nebo rozbočovači USB pomocí určitého kabelu USB nebo prostřednictvím infračerveného přenosu, Bluetooth nebo NFC a zařízení se automaticky nahraje.

Budete potřebovat účet Glooko s přístupem k nástroji Population Tracker. Data nahraná pomocí vysílače Glooko Transmitter se synchronizují s vaším účtem Population Tracker, ke kterému se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů ke svému profesionálnímu účtu Glooko. K synchronizaci nahraných dat se serverem Glooko je nezbytné připojení k internetu (mobilní nebo ethernetové připojení).

Zařízení Glooko Transmitter nahrává údaje o hladině glukózy z níže uvedených měřičů, inzulinových pump a zařízení CGM. Upozorňujeme, že některá zařízení pro diabetes nemusí být na vašem trhu dostupná.

Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Poznámka: Pokud máte k vysílači Glooko připojený rozbočovač USB, musí být rozbočovač USB napájen vlastním napájecím adaptérem.

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite	*Kabel USB Abbott FreeStyle (2,5 mm)*	
FreeStyle InsuLinx FreeStyle Libre* | FreeStyle Precision Neo FreeStyle Optium Neo	*Micro USB*	
Precision Xceed | Precision Xtra	*Kabel USB Abbott Xceed*	

*Kompatibilita se systémem FreeStyle Libre je omezena společností Abbott na Švédsko a Norsko. FreeStyle Libre 2 v současné době není kompatibilní.

Acon Laboratories

On Call® Advanced | On Call® Resolve	*Kabel USB On Call (2,5 mm)*	
On Call® Plus | On Call® Vivid	*Kabel USB On Call (2,5 mm)*	
On Call® Express On Call® Express II On Call® Express Voice | On Call® Sure On Call® Sure Sync	*Kabel USB On Call (2,5 mm)*	

Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítka **M** a **S**.

Připojte kabel a na měřiči stiskněte a podržte tlačítko **S**.

Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany

AgaMatrix

WaveSense Jazz™ — *Kabel USB AgaMatrix*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.

Arkray

Glucocard 01 | Relion Confirm
Glucocard Vital | Relion Prime

Kabel USB Arkray (2,5 mm)

Glucocard Shine | Glucocard Shine XL

Kabel USB i-Sens (2,5 mm)

Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.

Glucocard Shine Connex | Glucocard Shine Express — *Micro USB*

Glucocard Expression — *Kabel USB Medcore Care + GlucoCard Expression (3,5 mm)*



Připojte kabel a v hlavní nabídce měřiče vyberte položku **PC Link**.

ReliOn Premier Blu (BLE) | ReliOn Premier Voice
ReliOn Premier Classic

Kabel USB i-Sens (2,5 mm)

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus — *Modrý kabel USB Bayer (3,5 mm)*

Contour | Contour TS
Contour Link | Contour XT
Contour Next EZ — *Modrý kabel USB Bayer (3,5 mm)*

Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.

Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko **M**.

Contour Next Link | Contour Next USB
Contour Next Link 2.4 | Contour USB — *Port USB na měřiči*

Contour Care | Contour Next one
Contour Fit | Contour Plus one
Contour Next | Contour Plus Blue
Contour Next (Bluetooth) | Contour Plus Elite — *Micro USB*

Beurer

GL50 evo — *Port USB na měřiči*

GL 44 | GL 49
GL 48 — *Micro USB*

Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany

Bionime

GE100

Kabel USB Bionime (Pura + Rightest)

Bioseven

lineaD ORO

Kabel USB Bioseven (Pura + Rightest)

Bioseven USB (2,5 mm)

GlucoRx

HCT
Nexus

Nexus Mini
Q

Mini USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck Professional

Mini USB

Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.

CareSens BGM/Tee2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens N POP

CareSens N Premier
CareSens N Voice
CareSens TEE2+
No Coding Plus

Kabel USB i-Sens (2,5 mm)

Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko **S** (tlačítko **C**).

Infopia

Finetest Lite | GlucoLab

Kabel USB Infopia (2,5 mm)

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

Kabel USB LifeScan (3,5 mm)

Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany

Menarini

GLUCOCARD SM — *Micro USB*

GLUCOCARD G+ — *Menarini white USB (3,5 mm)*

GlucoMen LX2 — *Menarini blue USB (3.5 mm)*

GlucoMen areo / GlucoMen areo 2K | GlucoFix Tech — *Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)*

Pokud se na měřiči zobrazí hlášení **E-3**, odpojte jej, počkejte, až displej zhasne, a pak měřič znovu připojte.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo — *Micro USB*

Taidoc

TD-4183 — *TaiDoc Strip Connector USB*

Trividia (Nipro)

TRUE METRIX / TRUE METRIX AIR | TRUEresult / TRUEyou mini — *Dokovací stanice USB Nipro TRUEresult*

Připojte kabel a vložte měřič do dokovací stanice.

Prodigy

AutoCode — *Mini USB*

Roche Accu-Chek

Active, Aviva Connect, Performa Connect, Guide | Guide Me, Instant, Instanst S, Mobile (USB) — *Mikro USB*

Po připojení kabelu by se mělo do 20 sekund zahájit nahrávání dat. Pokud se tak nestane, otevřete na měřiči hlavní nabídku. Přejděte na položky **Moje data** > **Přenos dat** > **Sestavy** a znovu připojte k měřiči kabel USB.
(Nedržte stisknutá dvě tlačítka se šipkami.)

Sanofi

BGStar | MyStar Extra — *Kabel USB Sanofi*

Wellion

Calla Light, Calla Mini | Galileo GLU/KET, Leonardo GLU/KET — *Kabel mini USB Wellion Calla*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Glukometry – infračervené připojení

Podle následujících pokynů nastavte měřič do režimu nahrávání. Namiřte horní konec glukometru směrem k portu IR na vysílači Glooko Transmitter.

Během nahrávání držte zařízení v naprostém klidu. Nepřesouvejte zařízení, dokud se na displeji nezobrazí tento text: Přenos dokončen!

Port IR na vysílači Glooko Transmitter

Roche Accu-Chek

Aviva Nano
Aviva Plus Black
Aviva Plus Silver
Nano
Performa
Performa Nano

Když je měřič vypnutý, aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Aviva Combo
Aviva Expert

V hlavní nabídce přejděte na položku **Moje data** a vyberte **Přenos dat**.

Compact

Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením dvou horních tlačítek měřiče, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Compact Plus

Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením tlačítek **S** a **M** pod displejem, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Glukometry a zařízení CGM - připojeny pomocí Bluetooth nebo NFC

ForaCare

FORA 6 Connect
FORA Diamond MINI DM30
FORA GD40h

Viz pokyny o přenosu zařízení Bluetooth na straně 10.

Terumo

Medisafe Fit Smile

Umístěte glukometr na NFC čtečku na vysílač Glooko Transmitter a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Poznámka: Pokud máte k vysílači Glooko připojený rozbočovač USB, musí být rozbočovač USB napájen vlastním napájecím adaptérem.

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)

Micro USB

Pokud se nahrávání nespustí, odpojte přijímač a výběrem položky Vypnout v nabídce jej vypněte. Znovu přijímač zapněte a připojte jej k vysílači Glooko Transmitter.

Inzulinové pumpy – připojení pomocí standardního kabelu USB

Poznámka: Pokud máte k vysílači Glooko připojený rozbočovač USB, musí být rozbočovač USB napájen vlastním napájecím adaptérem.

Equil/Wellion
MICRO-pump — *Micro USB*

Insulet
Omnipod® Dash™ System — *Micro USB*

Omnipod® System — *Mini USB*

1. Připojte zařízení DASH™ k vysílači pomocí kabelu USB A na mikro USB.
2. Na zařízení DASH™ klepněte na Export (Exportovat).
3. Odpojte zařízení DASH™ a znovu je připojte.
4. Po dokončení nahrávání se na vysílači Glooko Transmitter zobrazí text „Přenos dokončen“.

Medtronic
630G | 640G | 670G — *USB port na měřicím zařízení*

1. Připojte glukometr Contour Next Link 2.4 k přijímači Glooko Transmitter.
2. Podle pokynů na obrazovce odešlete data z pumpy Medtronic.

Roche
Accu-Chek Solo — *Micro USB*

Tandem
t:flex | t:slim X2
t:slim | t:slim G4 — *Micro USB*

1. Otevřete hlavní nabídku na ruční jednotce pumpy.
2. V hlavní nabídce vyberte USB.
3. Pomocí kabelu micro USB připojte ruční jednotku k vysílači Glooko Transmitter.

Inzulinové pumpy – infračervené připojení

V případě pumpy Animas se ujistěte, že je pumpa pozastavená. Při zahájení přenosu se rozsvítí displej. Displej nemusí zůstat rozsvícený po celou dobu přenosu.

Držte pumpu zcela v klidu a nepřesouvejte ji jinam, dokud se na displeji nezobrazí tento text: Přenos dokončen!

Port IR na vysílači Glooko Transmitter

Animas
OneTouch Ping (pump)
Vibe
Vibe Plus

1. Pozastavte pumpu. (**HLAVNÍ NABÍDKA**, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Suspend** (Pozastavit).)
2. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Podržte pumpu otočenou zadní částí k IR portu vysílače.
4. Po dokončení přenosu: Obnovte chod pumpy (**HLAVNÍ NABÍDKA**, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka Resume (Obnovit).) Stiskněte tlačítko **OK**.

Inzulinové pumpy – připojení pomocí infračerveného kabelu

Kompatibilní infračervené kabely

Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix

Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Poznámka! Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.

1. Připojte k vysílači Glooko Transmitter kabel čtečky Smart Pix 2 a počkejte, až modrá kontrolka na čtečce Smart Pix 2 začne pomalu blikat.
2. Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.
3. V nabídce datamanažeru vyberte položku **Connect to PC** (Připojit k PC) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Ujistěte se, že je pumpa v dosahu datamanžeru.
5. Během přenosu dat ze zařízení do čtečky Smart Pix 2 svítí na čtečce Smart Pix 2 modrá kontrolka.
6. Když modrá kontrolka zhasne a čtečka Smart Pix 2 i zařízení vydají zvukový signál, znamená to, že byl zahájen přenos dat ze čtečky Smart Pix 2 do vysílače Glooko Transmitter. Čtečku Smart Pix 2 ještě neodpojujte!
7. Počkejte, až vysílač Glooko Transmitter potvrdí úspěšné dokončení nahrávání.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix or Smart Pix 2
Note! Smart Pix software version 3.02 or higher is required when using Smart Pix.

1. Připojte Smart Pix k zařízení Glooko Transmitter a vyčkejte, než modrá kontrolka na Smart Pix začne pomalu blikat.
2. Uveďte pumpu do **režimu přenosu dat** (pumpu zastavte a zadejte **nabídku přenosu dat**).
3. Postavte pumpu displejem IR čelem k Smart Pix. Modrá kontrolka signalizuje, že jsou data přenášena do Smart Pix.
4. Počkejte, než modrá kontrolka začne opět pomalu blikat nebo se blikání zároveň zastaví.
5. Data jsou nyní přenášena ze Smart Pix do zařízení Glooko Transmitter. Smart Pix ještě neodpojujte.
6. Počkejte, než Glooko Transmitter potvrdí, že data byla úspěšně nahrána.

Inzulinové pumpy – připojení pomocí NFC

Terumo

Medisafe WITH

1. Ověřte, zda hlavní nabídka zobrazuje vzdálené ovládání pumpy.
2. Umístěte dálkový ovladač na podložku NFC na horní straně Glooko Transmitter – a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Upozorňujeme, že symbol přenosu na zadní straně dálkového ovladače musí být zarovnán se středem podložky NFC na zařízení Glooko Transmitter.

Inzulinová pera – připojení pomocí NFC

NovoNordisk

NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus

Umístěte připojené pero na čtečku NFC na vysílač Glooko a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Následující údaje se týkají transmiterů Glooko Transmitter se sériovými čísly začínajícími na číslo 21 (např. S21XXXXXX) nebo nižší (např. S20XXXXXX, S19XXXXXX atd.).

Technické specifikace

Ochrana pouzdra	IP20 – pouze vnitřní použití
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájení	Vstup: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS

CE

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
https://support.glooko.com

Následující údaje se týkají transmiterů Glooko Transmitter se sériovými čísly začínajícími na číslo 22 (např. S22XXXXXX) nebo vyšší (např. S23XXXXXX, S24XXXXXX atd.).

Technické specifikace

Ochrana pouzdra	IP20 – pouze vnitřní použití
CE	**GPRS**: 900/1800 MHz **WCDMA**: Band I/VIII **LTE**: Band 1/8
FCC	**GPRS**: 850/1900 MHz **WCDMA**: Band II/IV **LTE**: Band 2/4/5/12
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Teplota pro skladování/přepravu	–20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájení	Vstup: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS

CE REF REF-0003 EC REP

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Podpora
help@glooko.com
https://support.glooko.com

OZNÁMENÍ: Jakýkoli závažný incident, k němuž došlo ve vztahu k zařízení, musí být nahlášen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém jste vy a/nebo váš pacient vedeni.

© 2023 Glooko Inc.