SNELSTARTGIDS GLOOKO®
VOOR KLINIEKEN

2022 | Versie IFU-0026-09-NL 06

Inhoud

Beoogd gebruik 3
Waarschuwingen 3

1. Beginnen met Glooko® 4

1.1. Compatibiliteit 4

1.2. Uw uploadprogramma in de kliniek identificeren 4

1.3. Diabetesgegevens van patiënten uploaden en bekijken 5

Stap 1: Een diabetesapparaat verbinden en uploaden 5
Stap 2: Apparaatgegevens aan een patiënt toewijzen 6
Apparaten toewijzen 6
Toewijzing apparaten ongedaan maken 7
Step 3: Diabetesgegevens van een patiënt bekijken 8
Patiënten bekijken 8
Patiëntenoverzicht 9
*Prime-detectie** 10

2. Overzicht Population Tracker 11

2.1. Patiëntenaccounts aanmaken 11

2.2. ProConnect patiënten 12

2.3. Patiënten markeren 12

2.4 Uitnodiging sturen vanuit de patiëntenlijst 12

2.5. Instellingen zorgverlener beheren 13

Mijn profiel 13
Account 14
Kliniekprofiel 14
Gegevensinstellingen 14
Terminalinstellingen 15
Favoriete PDF-instellingen 17

2.6. Patiëntinstellingen beheren 18

Profiel 18
Account 19
Gegevensinstellingen 19
Apparaten 20
Omnipod® PDM uploaden 21
iGlucose-apparaten verbinden 21
Accountbeheer 22

3. Overzicht Rapporten 23
3.1. Beschikbare rapporten 23
3.2. Rapporten aanmaken 23
4. Ondersteuning 25
Bijlage 1: Aanvullende functies 26
A.1. Casemanagement* 26
Contactvlaggen 26
Status 26
A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)* 27
A.3. DreaMed Advisor* 27
A.4. Oude Population Tracker 28
Overschakelen naar legacy patiëntenlijst * 30
Patiënten taggen 30
A.5. Mellitus Health* 31
A.6. Belangrijkste statistische gegevens kopiëren* 31
A.7. Glooko Clinical Research 32
Deelnemer-ID 32
Patiënt deactiveren 33
Research Uploader 33
A.8. 2-staps-verificatie 33
A.9. Eenmalige aanmelding 34
A.10. Zorgprogramma's 34
A.11. Population Health* 35
Identificatie van risicopatiënten 35
Pre/post-uitkomsten 35
A.12. Zwangerschapspakket 36
Bijlage 2: Apparaatspecifieke functies 37
B.1. Basal-IQ 37
B.2. Control-IQ 37
B.3. Omnipod 5* 38

Beoogd gebruik

Glooko is gegevensbeheersoftware voor gebruik thuis en in professionele omgevingen om mensen met diabetes en hun zorgverleners te helpen bij het doornemen, analyseren en evalueren van apparaatgegevens ter ondersteuning van een effectief diabetesmanagementprogramma. Glooko maakt verbinding met compatibele medische apparaten en trackers zodat gebruikers hun gegevens naar het Glooko-systeem kunnen overbrengen.

Glooko is niet bedoeld om behandelbeslissingen te nemen of als vervanging van professioneel advies van een zorgverlener.

Waarschuwingen

Glooko kan geen waarden meten of interpreteren en neemt geen beslissingen over de gegevens die het overdraagt en het is evenmin bedoeld om automatische behandelbeslissingen te nemen of als vervanging van deskundig oordeel. Medische diagnoses en behandelingen moeten alle respectievelijk worden gesteld en uitgevoerd onder toezicht en controle van een gepaste medische zorgverlener.

1. Beginnen met Glooko®

Glooko is een geïntegreerd platform voor diabetesbeheer dat glucose- en andere relevante gezondheidsgegevens van populaire bloedglucose- (BG) meters, insulinepompen en smartpennen, continue glucosemonitors (CGM's) en gezondheids- en fitnessapparaten naadloos synchroniseert. Glooko's oplossing biedt belangrijk inzicht in de correlaties tussen de glucosetrends van patiënten en hun inname van koolhydraten, insulinedosis, lichaamsbeweging en andere biometrische factoren die bijdragen tot de mogelijkheid voor het zorgteam om beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen die de algehele kwaliteit van de diabeteszorg verbeteren. Door problemen uit te lichten, helpt Glooko zorgverleners hun gehele diabetespopulatie tijdens en tussen afspraken effectiever en optimaler te behandelen.

OPMERKING: Sommige schermen wisselen afhankelijk van extra functies die aan uw abonnement zijn toegevoegd. Raadpleeg Bijlage 1: Aanvullende functies voor meer informatie.

1.1. Compatibiliteit

Glooko ondersteunt de volgende webbrowserversies:

- Internet Explorer, versie 11 of later
- Internet Explorer Edge, versie 44 of later
- Google Chrome, versie 57 of later
- Firefox, versie 51 of later
- Safari, versie 8 of later

Om de compatibiliteit van het diabetesapparaat van de patiënt vast te stellen, raadpleegt u de pagina Compatibiliteit met Glooko.

1.2. Uw uploadprogramma in de kliniek identificeren

Het proces voor uploaden van diabetesgegevens van patiënten wisselt afhankelijk van het uploadprogramma dat wordt gebruiktin uw kliniek. Raadpleeg de toepasselijke snelstartgids voor gedetailleerde instructies over het gebruik van elk programma om gegevens te uploaden:

- Glooko Transmitter
- diasend® Transmitter
- Glooko Uploader

1.3. Diabetesgegevens van patiënten uploaden en bekijken

Nadat u kennis hebt genomen van de compatibiliteit van het diabetesapparaat en van het uploadprogramma van uw kliniek, volgt u de stappen hieronder om te beginnen met het uploaden van diabetesgegevens van patiënten naar Glooko:

Stap 1: Een diabetesapparaat verbinden en uploaden

Verbind het diabetesapparaat van een patiënt met het uploadprogramma van uw kliniek en start het uploadproces volgens de stappen die in de toepasselijke snelstartgids worden beschreven.

Nadat de gegevens van het diabetesapparaat zijn geüpload, gaat u in uw webbrowser naar my.glooko.com en meld u zich aan bij de Population Tracker om de geüploade gegevens toe te wijzen of te bekijken.



OPMERKING: Als Eenmalige aanmelding (single sign-on, SSO) voor uw kliniek is ingeschakeld, klikt u op **Aanmelden met SSO**, waarna u het e-mailadres van uw account invoert en de prompts op het scherm volgt.
Zorgprofessionals die verbonden zijn met verschillende klinieken kunnen zich met dezelfde gegevens aanmelden en na het inloggen de gewenste kliniek kiezen. De optie om van kliniek te veranderen bevindt zich in een vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek waar de ProConnect-code wordt weergegeven.

Stap 2: Apparaatgegevens aan een patiënt toewijzen

OPMERKING: Deze stap geldt alleen voor gebruikers van Glooko® Transmitter en Uploader. Alle andere gebruikers kunnen verdergaan met Stap 3.

Apparaten toewijzen

Klik op het tabblad **Apparaten toewijzen** om een lijst te zien met alle apparaten die de afgelopen 24 uur zijn geüpload. Hier hebt u de optie om te filteren op **Terminal** (serienummer) of **Apparaattype** (CGM, Meter of Pomp).

Glooko probeert de geüploade apparaten te matchen met een patiënt op basis van het serienummer van het apparaat.

- **Als een match wordt gevonden,** kunt u kiezen tussen **Toewijzen aan [Naam patiënt]** of **Toewijzen aan andere patiënt**.
    - Nadat u hebt geklikt op **Toewijzen aan andere patiënt**, wordt u gevraagd een bestaand patiëntenaccount te zoeken of een nieuw patiëntenaccount aan te maken.
- **Als geen match wordt gevonden,** wordt het apparaat gemarkeerd als een **Nieuw apparaat** en hebt u de optie **Toewijzen**.
    - Nadat u hebt geklikt op **Toewijzen**, wordt u gevraagd een bestaand patiëntenaccount te zoeken of een nieuw patiëntaccount aan te maken.

Nadat een apparaat is toegewezen, wordt het verplaatst van Toe te wijzen naar Onlangs toegewezen. U kunt kiezen tussen het patiëntenaccount bekijken, **Rapport aanmaken** of **Toewijzing ongedaan maken**.



Toewijzing apparaten ongedaan maken

Als u een apparaat per ongeluk verkeerd toewijst en de toewijzing in een patiëntaccount ongedaan moet maken, klikt u op **Toewijzing ongedaan maken** naast het apparaat in het vak Onlangs toegewezen. Het apparaat wordt van Onlangs toegewezen verplaatst naar Toe te wijzen, en alle gegevens in die upload worden uit het patiëntaccount verwijderd. U hebt dan de optie om het apparaat aan een andere patiënt toe te wijzen.

OPMERKING: Klik op **Lijst vernieuwen** om de lijst met toegewezen en niet langer toegewezen apparaten bij te werken.

Step 3: Diabetesgegevens van een patiënt bekijken

Patiënten bekijken

Op de patiëntenlijst wordt een lijst met alle patiënten weergegeven die met uw kliniek zijn ProConnected (verbonden via de unieke ProConnect-code van uw kliniek). Op die manier kunt u uw patiëntenpopulatie in één oogopslag zien.

OPMERKING: Uw Patiëntenlijst ziet er mogelijk anders uit als u onze oude versie van de Population Tracker gebruikt. Raadpleeg A.4. Oude Population Tracker voor meer informatie.

Om specifieke patiënten te vinden, selecteert u **Naam**, **MRN** of **Geboortedatum** in het vervolgkeuzemenu bovenaan de pagina en voert u uw zoekcriteria in het zoekveld in. U kunt ook op **Patiënten filteren** klikken om uw resultaten te filteren op tags of andere filters, of patiënten sorteren door op een van kolomkoppen te klikken.



De Population Tracker biedt filter- en traceringsopties, zoals het vermogen om aangepaste tags te creëren en patiënten in de patiëntenlijst een uitnodiging te sturen.

Patiëntenoverzicht

Klik op een patiënt om naar Patiëntenoverzicht te gaan, waar u een momentopname ziet van de diabetesgegevens van de patiënt.

Bekijk aanvullende gegevens door op de navigatiebalk bovenaan op de verschillende tabbladen te klikken – en PDF-rapporten te genereren om die gegevens af te drukken, te delen of op te slaan.

OPMERKING: Klik links bovenin het scherm op **Profiel** om de Patiëntinstellingen te bekijken en te beheren.



OPMERKING: Alle insulinegegevens worden samen gegroepeerd als **Insuline**, tenzij de patiënt insulinegegevens van een insulinepomp en smartpen (en/of met de hand ingevoerde gegevens) heeft. In dat geval worden insulinepompgegevens weergegeven als **Insuline - Pomp** terwijl smartpen- (en/of met de hand ingevoerde) insulinegegevens worden weergegeven als **Insuline - Overige**. Indien een patiënt een Omnipod®5-pomp heeft of een pomp met Basal-IQ of Control-IQ, geeft de overzichtspagina onder Insuline een extra informatiekaart weer met de titel **Systeemgegevens**. Raadpleeg Bijlage 2: Apparaatspecifieke functies voor meer informatie.

Prime-detectie*

Insulinepengegevens van smartpennen die door het prime-dosis-algoritme van Glooko als een prime-dosis zijn gedetecteerd, zullen in de geschiedenis als primed worden aangeduid. Het prime-detectie-algoritme van Glooko detecteert prime-doses van twee eenheden of minder binnen zes minuten vóór een andere insuline-injectie.

** Slechts in een select aantal markten beschikbaar. Momenteel niet beschikbaar in de Verenigde Staten.*

2. Overzicht Population Tracker

De beschikbaarheid van onderstaande functies hangt af van uw abonnementsmodel en regio. Neem voor aanvullende informatie over de hier beschreven functies rechtstreeks contact op met uw Glooko-accountvertegenwoordiger of stuur ons een e-mail.

OPMERKING: Uw Patiëntenlijst ziet er mogelijk anders uit als u onze oude versie van de Population Tracker gebruikt. Referentie A.4. Oude Population Tracker voor meer informatie.

2.1. Patiëntenaccounts aanmaken

As de patiënt nieuw is in uw kliniek, hebt u de optie om een nieuw patiëntenaccount aan te maken vanuit de patiëntenlijst.

Een patiëntenaccount aanmaken:

1. Klik rechtsboven in het scherm op **Patiëntenaccount aanmaken**.
2. Voer de volgende informatie in:
   - Voornaam
   - Achternaam
   - Geboortedatum
   - E-mailadres
   - Postcode
   - Medisch dossiernummer (optioneel)
   - Telefoonnummer (optioneel)
   - Type diabetes (optioneel)
   - Geslacht (optioneel)

   OPMERKING: Als u buiten de VS een account aanmaakt, moet u bevestigen dat de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens.

3. Klik op **Aanmaken**.
   - De patiënt krijgt een e-mail met een link om een wachtwoord in te stellen voor het nieuwe account.



2.2. ProConnect patiënten

De unieke ProConnect-code van uw kliniek staat rechtsboven in het startscherm van uw Population Tracker. Om te zorgen dat de patiënten hun diabetesgegevens met uw kliniek kunnen delen, moet uw kliniek de unieke code aan patiënten doorgeven, zodat zij deze aan hun Glooko-patiëntenaccounts kunnen toevoegen.



2.3. Patiënten markeren

Klik in de patiëntenlijst op het **plussymbool (+)** om een aangepaste tag te creëren, een bestaande aangepaste tag toe te voegen of een zorgverlenertag toe te voegen. Als een zorgverlenertag is aangebracht, kunt u de muis boven de tag houden om de voor- en achternaam van de zorgverlener te zien.

Aan elke patiëntenaccount kunnen meerdere zorgverlenertag(s) worden toegevoegd. U kunt ook uw eigen aangepaste tags aanmaken en patiënten filteren op deze tags en andere filters door te klikken op het vervolgkeuzemenu **Patiënten filteren** dat zich linksboven in de patiëntenlijst bevindt.



2.4 Uitnodiging sturen vanuit de patiëntenlijst

Als een account niet is geactiveerd, kunt u **een uitnodiging sturen**, waardoor via e-mail een activeringsverzoek aan de patiënt wordt verstuurd om een persoonlijk Glooko-account aan te maken. Als een activeringsverzoek naar de patiënt is verstuurd, kunt u de **Uitnodiging opnieuw versturen** en/of het bestaande e-mailadres wijzigen.

2.5. Instellingen zorgverlener beheren

Open Instellingen zorgverlener door **Instellingen** te selecteren in het vervolgkeuzemenu rechtsboven in het startscherm van de Population Tracker. U hebt de optie om uw Profiel en Accountinformatie bij te werken, uw Kliniekprofiel te bekijken en uw Gegevensinstellingen en Terminalinstellingen te beheren.



Mijn profiel

In Instellingen > Mijn profiel kunt u uw professionele aanduiding, voornaam en achternaam bewerken. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.

Account

In Instellingen > Account kunt u het e-mailadres, het wachtwoord en de standaardtaalinstelling voor uw account bijwerken.

Kliniekprofiel

In Instellingen > Kliniekprofiel kunt u de kliniek, de groep, de ProConnect-code en de contactgegevens van de kliniek bekijken.

Gegevensinstellingen

In Instellingen > Gegevensinstellingen, kunt u de weergave van patiëntengegevens op populatieniveau aanpassen, inclusief meeteenheid, pompinstellingen BG-invoer, Standaard BG-streefbereik voor kliniek en populatievlagparameters. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.

De volgende instellingen worden weergegeven:



- **Meeteenheid:** Dit kan worden ingesteld op **mg/dl** of **mmol/l**. Voor gebruikers in Canada is deze instelling vergrendeld op mmol/l en kan niet worden omgeschakeld naar mg/dl.

  OPMERKING: Door deze instelling te wijzigen, wordt de weergave van eenheden door uw Population Tracker voor BG-vlaggen bijgewerkt, maar de gegevens van het apparaat van de patiënt worden niet bijgewerkt.

- **Pompinstellingen BG-invoer:**
  Dit kan worden ingesteld op **Ja** of **Nee** om handmatig in een insulinepomp ingevoerde BG-waarden op te nemen in of uit te sluiten van de grafieken en statistische gegevens

voor uw gehele patiëntenpopulatie. Standaard worden deze waarden opgenomen.

OPMERKING: U kunt dit ook op patiëntenniveau wijzigen in Patiëntinstellingen > Gegevensinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.

- **Standaard BG-streefbereik voor kliniek:** Hierdoor kan de beheerder van uw kliniek het BG-streefbereik voor alle nieuwe patiëntenaccounts wijzigen, inclusief de ondergrens, bovenlimiet vóór de maaltijd en bovenlimiet na de maaltijd.
  LET OP: De BG-streefbereiken kunnen ook individueel worden gewijzigd in **Patiëntinstellingen** > Gegevensinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau. Als u het standaard BG-streefbereik van de kliniek aan al uw patiënten wilt toewijzen, klikt u op **Alle BG-streefbereiken opnieuw instellen**.

- **Instellingen populatievlag*: door deze instellingen** aan te passen, worden de vlagparameters voor alle patiënten in uw diabetespopulatie bijgewerkt. Om deze instellingen te bewerken, klikt u in het veld van de waarde die u wilt wijzigen en voert u een nieuwe waarde in.

  OPMERKING: U kunt de vlagparameters ook op patiëntniveau wijzigen in Patiëntinstellingen > Gegevensinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.
  **Momenteel alleen verkrijgbaar in de Oude Population Tracker of als u de aanvullende functie Population Health heeft ingeschakeld.*

Terminalinstellingen

In Instellingen > Terminalinstellingen kan de naam of namen van uw geïnstalleerde Glooko® Transmitter(s) en Uploader(s) wijzigen en bekijken welke uploadprogramma's aan uw account zijn gekoppeld. Alle wijzigingen worden weergegeven op het tabblad Apparaten toewijzen van uw Population Tracker.

Als uw account Glooko® Transmitters heeft, worden het serienummer, de datum van de laatste signaalcontrole, signaalsterkte, signaalkwaliteit en de naam weergegeven. Als uw account Glooko® Uploaders heeft, worden het serienummer en de naam weergegeven.

De namen van Glooko® Transmitters en Uploaders kunnen worden gewijzigd door te klikken in het veld **Naam** van het programma dat u wilt wijzigen en een nieuwe naam in te voeren. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.

Favoriete PDF-instellingen

In Instellingen > Favoriete PDF-instellingen kunt u nieuwe favoriete profielen bekijken, wijzigen of toevoegen. Favorieten worden toegevoegd op populatieniveau en verschijnen in het vervolgkeuzemenu Geprefereerde PDF-instelling wanneer een PDF-rapport wordt gegenereerd vanuit een patiëntenaccount.

Ga als volgt te werk om een nieuwe favoriet toe te voegen: klik op **+ Nieuwe favoriet**, voer de naam van het favoriete profiel in (klik op **OK**), selecteer een tijdsbereik, selecteer welke rapporten moeten worden opgenomen, kies een afdrukmodus en klik op **Opslaan**.



2.6. Patiëntinstellingen beheren

In Patiëntinstellingen kunt u de profielinformatie van een individuele patiënt bijwerken; account-e-mail bekijken of activeringsverzoeken versturen; gegevensinstellingen aanpassen; streefbereiken voor BG, vlagparameters en dagelijkse tijdsintervallen instellen; een Omnipod-systeem uploaden; en iGlucose-apparaten verbinden. Alle wijzigingen worden weergegeven in het Glooko-account van de patiënt.

De accountinstellingen van een patiënt bekijken of bijwerken:

1. Vind of zoek een patiënt in de patiëntenlijst.
2. Klik op de naam van de patiënt om te worden doorgestuurd naar het scherm **Patiëntenoverzicht**.
3. Klik op **Profiel** naast de naam van de patiënt.



Profiel

In Patiëntinstellingen > Profiel kunt de demografische informatie van een patiënt bekijken en wijzigen, inclusief naam, geslacht, type diabetes, geboortedatum, lengte, gewicht en medisch dossiernummer. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.



Account

In Patiëntinstellingen > Account kunt u de status van een patiëntenaccount bekijken en het opgegeven e-mailadres toevoegen, wijzigen of bekijken. Als een account niet is geactiveerd (Status: Niet geactiveerd) kunt u een **E-mailadres toevoegen**, waarna via e-mail een activeringsverzoek naar de patiënt wordt gestuurd om een persoonlijk Glooko-account aan te maken. Als een activeringsverzoek is verstuurd naar de patiënt (Status: Uitgenodigd), kunt u kiezen tussen **Uitnodiging opnieuw versturen** of **E-mail wijzigen**, wat een nieuw verzoek verstuurd. Nadat een account is geactiveerd door een patiënt (Status: Geactiveerd), heeft u niet langer de optie om het e-mailadres te wijzigen.



Gegevensinstellingen

In Patiëntinstellingen > Gegevensinstellingen kunt u de meeteenheid, pompinstellingen BG-invoer, BG-streefbereiken, vlaginstellingen en dagelijkse tijdsintervallen voor de patiënt wijzigen. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.



De volgende instellingen worden weergegeven:

- **Meeteenheid:** Dit kan omgeschakeld worden naar **mg/dl** of **mmol/l.** Voor gebruikers in Canada is deze instelling vergrendeld op mmol/l en kan niet worden omgeschakeld naar mg/dl.

- **Pompinstellingen BG-invoer:** Dit kan worden ingesteld op **Ja** of **Nee** om handmatig in een insulinepomp ingevoerde BG-waarden op te nemen in of uit te sluiten van de grafieken en statistische gegevens van de patiënt. Deze waarden worden standaard opgenomen.

  OPMERKING: U kunt de Pompinstellingen BG-invoer voor alle patiënten ook wijzigen op populatieniveau in Instellingen zorgverlener > **Gegevensinstellingen**. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.

- **BG-streefbereiken:** Hiermee kunt u de BG-streefbereiken van een individuele patiënt wijzigen, inclusief de Onderlimiet, Bovenlimiet vóór de maaltijd en Bovenlimiet na de maaltijd. Om deze bereiken te bewerken, klikt u in het veld van de waarde die u wilt wijzigen en voert u de gewenste waarde in.

- **Populatievlaginstellingen*:** Wijziging van deze instellingen heeft alleen invloed op de geselecteerde patiënt. Om deze instellingen te bewerken, klikt u in het veld van de waarde die u wilt wijzigen en voert u het gewenste percentage of de gewenste waarde in.

  OPMERKING: U kunt de vlagparameters voor alle patiënten ook op populatieniveau wijzigen in Instellingen zorgverlener > Gegevensinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.

  **Momenteel alleen beschikbaar in de Oude Population Tracker of als u de aanvullende functie Population Health hebt ingeschakeld.*

- **Dagelijkse tijdsintervallen:** Hiermee kunt u de tijdstippen van de dag instellen waarop de routines van de patiënt beginnen voor Ochtend, Middag, Avond en Nacht. Om de intervallen voor een patiënt bij te werken, klikt u op de **pijl 'omlaag' (⮟)** naast een tijdstip en selecteert u een nieuwe begintijd.

Apparaten

In Patiëntinstellingen > Apparaten kunt u gegevens uploaden van het Omnipod® System van een patiënt of een of meer iGlucose-apparaten van een patiënt met Glooko verbinden.

Omnipod® PDM uploaden

Gegevens uploaden van een Omnipod System:

1. Klik in Patiëntinstellingen > Apparaten op **Omnipod® PDM uploaden**.
2. Wanneer u wordt gevraagd te bevestigen of u door wilt gaan, klikt u op **Doorgaan**.
3. Selecteer **Omnipod® PDM-systeem** of **Omnipod DASH™-systeem** en klik vervolgens op **Volgende**.

   OPMERKING: Als u probeert om een Omnipod DASH™-systeem op een Mac-computer te synchroniseren, wordt u gevraagd de Glooko® Uploader te installeren om patiëntgegevens te synchroniseren als dit deel uitmaakt van uw abonnementmodel. Als de Glooko® Uploader niet bij uw abonnementmodel is inbegrepen, wordt u gevraagd een Windows-computer te gebruiken of contact op te nemen met help@glooko.com.

4. Volg de prompts op het scherm om het apparaat te verbinden en de gegevens te uploaden.

OPMERKING: Als de patiënt eerder een Omnipod-apparaat heeft gesynchroniseerd, heeft u ook de optie om Omnipod-gegevens te uploaden door rechtsboven in de meeste schermen binnen het account van de patiënt de optie **Omnipod® PDM uploaden** te selecteren.

iGlucose-apparaten verbinden

U kunt de iGlucose meter(s) van een patiënt verbinden met zijn of haar Glooko-account om gegevens van iGlucose in realtime te synchroniseren.

OPMERKING: Voordat u een iGlucose-meter met Glooko verbindt, moet de patiënt ten minste één waarde op zijn of haar meter hebben.

Een iGlucose-meter verbinden:

1. Klik in Patiëntinstellingen > Apparaten op **iGlucose-apparaten verbinden**.
2. Voer het serienummer en de laatste waarde van de iGlucose-meter van de patiënt in en klik vervolgens op **Volgende**.
3. Volg de prompts op het scherm om de meter te verbinden.

Accountbeheer

Om een patiëntenaccount te archiveren, schakelt u in Patiëntinstellingen > Accountbeheer de optie **Patiëntenaccount archiveren** in. Nadat een patiëntenaccount gearchiveerd is, wordt die patiënt niet langer in uw patiëntenlijst maar nog wel in de zoekresultaten weergegeven.

OPMERKING: Alleen beheerders kunnen de accounts van patiënten archiveren.

3. Overzicht Rapporten

De diabetesgegevens van de patiënt worden samengevoegd in PDF-rapporten die gemakkelijk kunnen worden afgedrukt, gedeeld of opgeslagen. U kunt alle beschikbare gegevens opnemen of alleen de gegevens kiezen die u wilt weergeven.

Voor gedetailleerde informatie over de beschikbare rapporten en de interpretatie van de gegevens, bekijkt u de Referentiegids voor Glooko® rapporten.

3.1. Beschikbare rapporten

Beschikbare rapporten zijn:

- Samenvatting
- Logboek
- Overzicht
- Dagelijks overzicht
- Overlay
- Kalender
- Apparaten
- Inzicht

3.2. Rapporten aanmaken

Volg de volgende stappen om een PDf-rapport aan te maken:

1. Klik in de patiëntenlijst op de naam van de patiënt om te worden doorgestuurd naar het scherm **Patiëntenoverzicht**. Klik in de meeste schermen linksboven in het patiëntenaccount op **PDF-rapport aanmaken**.
2. Selecteer een datumbereik, welke rapporten opgenomen moeten worden en de gewenste afdrukmodus.

   OPMERKING: Om een rapportselectie op te slaan als een nieuw Favoriet profiel, zet u een **vinkje (✓)** in het vak **Selectie als Favoriet profiel opslaan**, waarna u een naam invoert voor het favoriete profiel en op **OK** klikt. U kunt rechtsboven in het venster ook een Favoriet profiel selecteren in het vervolgkeuzemenu Geprefereerde PDf-instelling. Om

nieuwe Favoriete profielen te bekijken, te wijzigen of toe te voegen, klikt u op **Favorieten beheren** of gaat u naar Instellingen zorgverlener > Favoriete PDF-instellingen.

3. Als u na definitie van de rapportcriteria klaar bent om door te gaan, klikt u op **PDF aanmaken**.



4. Ondersteuning

We staan altijd klaar om te helpen als u vragen mocht hebben. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

- Webondersteuning: https://support.glooko.com
- E-mailondersteuning: help@glooko.com

CE

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Verenigde Staten

EC REP Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Zweden

Bijlage 1: Aanvullende functies

Onderstaande functies zijn verkrijgbaar als aanvullende opties bij uw Population Tracker-abonnement. Neem voor aanvullende informatie of als u wilt weten hoe u deze functies aan uw Population Tracker kunt toevoegen, rechtstreeks contact op met uw Glooko-accountvertegenwoordiger of stuur een ons een e-mail.

A.1. Casemanagement*

De functie Casemanagement voorziet in aanvullende opties voor patiëntinteractie en tracering, inclusief het vermogen om details toe te voegen over de status van de patiënt.

Wanneer de functie Casemanagement is ingeschakeld, kunnen Contactvlaggen en Statussen worden toegevoegd aan patiëntaccounts, die zichtbaar zijn in de patiëntenlijst in uw Population Tracker.

Contactvlaggen

Contactvlaggen worden bij een patiëntaccount weergegeven op basis van vooringestelde vlagcriteria, inclusief dat waarden, gemiddelde BG- of gemiddelde CGM-waarden buiten bereik zijn, of dat een patiënt langer dan 30 dagen niet op afstand heeft gesynchroniseerd. Houd u muis boven een vlag om de reden(en) te tonen waarom de vlag getriggerd werd. Deze parameters kunnen op populatieniveau worden ingesteld in Instellingen zorgverlener of op patiëntenniveau in Patiëntinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.

Status

Patiëntstatussen worden gebruikt om informatie te geven over belangrijke follow-upacties (zoals aankomende bezoeken of herinneringen om gegevens door te nemen) met betrekking tot een patiënt. Deze statussen zijn aanpasbaar en kunnen op populatieniveau worden beheerd in Instellingen zorgverlener.

*Momenteel alleen beschikbaar in de oude Population Tracker

A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*

Met behulp van het Mobile Insulin Dosing System (MIDS) van Glooko kunnen artsen een insulinevoorschrift configureren voor mensen met diabetes type 2 die beginnen met langwerkende insuline of van wie de dosis langwerkende insuline moet worden aangepast. Na de configuratie zal de Glooko® Mobile App hen automatisch oproepen, aanbevelingen doen en herinneren aan hun insulineaanpassingen op basis van hun nuchtere glucosewaarden en het behandelplan dat door de arts is ingesteld.

MIDS is alleen beschikbaar voor patiënten van wie de medische zorgverlener het programma voorschrijft. MIDS dient alleen voor gebruik op voorschrift. MIDS is bedoeld om te werken met glucosewaarden die in mg/dl worden gerapporteerd en kan niet veilig worden gebruikt met waarden in mmol/l. Om schade te voorkomen, moet worden gezorgd dat alle met het Glooko-systeem gebruikte glucosemeters zijn ingesteld op glucosewaarden in mg/dl.

Wanneer de functie MIDS is ingeschakeld, wordt in elk patiëntaccount het tabblad MIDS weergegeven en zijn MIDS-statussen zichtbaar in de patiëntenlijst in uw Population Tracker.

Raadpleeg de Glooko MIDS gebruikersgids voor klinieken voor meer informatie.

** Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.*

A.3. DreaMed Advisor*

Middels een integratie met DreaMed worden Glooko-gegevens verwerkt door DreaMed Advisor Pro, een eigendomsrechtelijk algoritme voor het analyseren van iemands glucose en insulinetoedieningsinformatie. Op basis van deze informatie kan DreaMed Advisor Pro een bijgewerkt insulinebehandelingsprofiel aanraden, inclusief nieuwe basaalsnelheden, insuline-koolhydraatratio's en insulinegevoeligheidsfactoren. DreaMed Advisor Pro kan ook gedragsveranderingen suggereren, zoals de timing van maaltijdbolussen en bolustoedieningstrouw.

Wanneer de functie DreaMed Advisor is ingeschakeld, wordt in elke patiëntenaccount een nieuw tabblad Advisor weergegeven en zijn kennisgevingen van Advisor-aanbevelingen zichtbaar in de patiëntenlijst in uw Population Tracker.

** Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.*

A.4. Oude Population Tracker

In de Legacy patiëntenlijst in de oude Population Tracker wordt een lijst met alle patiënten weergegeven die met uw kliniek zijn ProConnected (verbonden via de unieke ProConnect-code van uw kliniek). Op die manier kunt u de diabetesgegevens van uw patiëntenpopulatie in één oogopslag zien.

Om specifieke patiënten te vinden, selecteert u **Naam**, **MRN** of **Geboortedatum** in het vervolgkeuzemenu bovenaan de pagina en voert u uw zoekcriteria in het zoekveld in. U kunt ook op **Patiënten filteren** klikken om uw resultaten te filteren op tags of andere attributen, of patiënten sorteren door op een van kolomkoppen te klikken.



De volgende informatie wordt weergegeven:

- **Naam:** Hiermee worden de voor- en achternaam van de patiënt weergegeven. Houd de muis boven de naam van de patiënt om de geboortedatum en het type diabetes te zien.

  OPMERKING: Als links van de naam van de patiënt een apparaatpictogram staat, geeft dat aan dat de patiënt de mobiele app van Glooko gebruikt. Een blauw apparaat geeft aan dat de gegevens het laatst op afstand werden gesynchroniseerd, en een grijs

apparaat geeft aan dat de gegevens het laatst in de kliniek werden geüpload.

- **Laatste synchronisatie:** Hiermee wordt het aantal dagen sinds de laatste synchronisatie van de patiënt weergegeven, evenals het laatst gesynchroniseerde apparaattype. Houd de muis boven Laatste synchronisatie om de naam van het apparaat en de locatie van de laatste synchronisatie te zien.

- **Gemiddelde BG:** Hiermee wordt de gemiddelde bloedglucosewaarde (BG) van de patiënt weergegeven in de 30 dagen vóór de datum van de laatste synchronisatie van het apparaat. Het gemiddelde aantal waarden per dag wordt onder de gemiddelde BG-waarde weergegeven.

- **Gemiddelde CGM:** Hiermee wordt de gemiddelde waarde van de Continuous Glucose Monitoring (CGM) van de patiënt weergegeven in de 30 dagen vóór de datum van de laatste synchronisatie van het apparaat. Het aantal actieve dagen waarop de CGM de afgelopen 30 dagen werd gebruikt, wordt ook weergegeven.

- **BG-vlaggen:** Deze worden getriggerd op basis van BG-waarden die in de 30 dagen vóór de laatste synchronisatie van het apparaat werden geregistreerd en die buiten het vooraf ingestelde bereik vielen.



  Kleuren worden gebruikt om aan te geven of de waarde(n) binnen of meer dan 30 dagen sinds de laatste synchronisatie van het apparaat werd(en) geregistreerd.

  - **Rode BG-vlaggen:** Deze geven aan dat de waarde(n) binnen 30 dagen sinds de laatste synchronisatie werd(en) geregistreerd.

  - **Grijze BG-vlaggen:** Deze geven aan dat de waarde(n) meer dan 30 dagen sinds de laatste synchronisatie werd(en) geregistreerd.

  Houd de muis over een vlag om aanvullende informatie weer te geven, zoals:

  - Aantal of percentage waarden dat boven of onder het streefbereik ligt
  - Of de BG-vlag is gebaseerd op een patiëntspecifieke instelling.

OPMERKING: Bereiken kunnen op populatieniveau worden ingesteld in Instellingen zorgverlener > Gegevensinstellingen of op patiëntniveau in Patiëntinstellingen > Gegevensinstellingen.

Overschakelen naar legacy patiëntenlijst *

Als uw kliniek de nieuwe Population Tracker heeft geactiveerd, hebt u de optie om heen en weer te schakelen tussen de legacy (oude) versie en de nieuwe patiëntenlijst vanuit het dashboard van uw Population Tracker.

** Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.*

Patiënten taggen

Klik in de patiëntenlijst rechts op een patiënt en houd de muis boven **Tags** om de zorgverleners weer te geven die geaffilieerd zijn met uw kliniek en die aan een patiënt kunnen worden gekoppeld. Selecteer een zorgverlener in de lijst. Er wordt een automatisch gegenereerd, gekleurd vakje met de initialen van de zorgverlener weergegeven onder de naam van de patiënt, wat aangeeft dat de tag is toegevoegd.



Aan elk patiëntaccount kunnen meerdere zorgverlenertags worden toegevoegd. U kunt patiënten filteren op tags en andere attributen door te klikken op het vervolgkeuzemenu **Patiënten filteren** dat zich linksboven in de patiëntenlijst bevindt.

A.5. Mellitus Health*

Mellitus Health's Insulin Insights™ is een door de FDA (de centrale overheidsdienst in de VS voor toezicht op genees- en levensmiddelen) goedgekeurd automatisch insulinetitratieprogramma dat precieze aanbevelingen doet omtrent de insulinedosering op basis van de eerdere glucosewaarden en het huidige insulineregime van de patiënt. Door onze integratie met Mellitus Health kunt u rechtstreeks vanuit uw Population Tracker digitale therapeutica aan uw patiënten voorschrijven.

Als de functie Mellitus Health is ingeschakeld, hebt u toegang tot Mellitus Health's platform vanuit een nieuw App-tabblad dat in elk patiëntaccount wordt weergegeven. Nadat u uw patiënten bij het programma hebt geregistreerd, worden hun glucosegegevens en insulineregimens gedeeld met Mellitus Health, en worden automatische doseringsaanbevelingen gegenereerd.

OPMERKING: Wanneer u de Mellitus Health-app inschakelt, ontvangt uw kliniek toegangsgegevens om u aan te melden bij het Mellitus Health-platform.

** Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.*

A.6. Belangrijkste statistische gegevens kopiëren*

Met de functie 'Belangrijkste statistische gegevens kopiëren' kunt u belangrijke patiënteninformatie van patiëntenaccounts in tekst zonder opmaak kopiëren (zoals demografische patiëntgegevens, apparaatgegevens, pompinstellingen en glucosegegevens), indien beschikbaar.

Als de functie Belangrijkste statistische gegevens kopiëren is ingeschakeld, kunt u op de knop **Belangrijkste statistische gegevens kopiëren** klikken, die rechtsboven in de schermen Samenvatting en Apparaten van patiëntenaccounts wordt weergegeven, om de informatie op deze schermen naar uw klembord te kopiëren.



OPMERKING: Aangezien met deze functie beschermde gezondheidsinformatie (PHI) wordt gekopieerd naar uw klembord, raadt Glooko aan de regels van uw organisatie te volgen voor de omgang met dergelijke informatie.

** Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.*

A.7. Glooko Clinical Research

Met de functie Glooko Clinical Research kan uw kliniek onderzoeksdeelnemers binnen uw Population Tracker bewaken.

OPMERKING: Om de accounts van onderzoeksdeelnemers gescheiden te houden van de accounts van uw bestaande patiënten, wordt aan uw kliniek specifiek voor onderzoek een nieuwe ProConnect-code toegewezen en moeten uw gebruikers in de kliniek afzonderlijke accounts gebruiken om toegang tot het platform te krijgen. Onderzoeksdeelnemers moeten een van de twee onderstaande methoden gebruiken om hun gegevens te delen:

1. Gegevens uploaden naar het Glooko Clinical Research-platform met de software Glooko Research Uploader.
2. De mobiele Glooko Clinical Research-app downloaden en verbinden met uw ProConnect-code voor klinisch onderzoek.

Deelnemer-ID

Als de functie Glooko Clinical Research is geactiveerd, kunt u een **Deelnemer-ID** invoeren als onderdeel van de workflow Patiëntenaccount aanmaken. De Deelnemer-ID kan worden gebruikt om uw onderzoeksdeelnemers te traceren. U kunt ook op Deelnemer-ID zoeken in de Population Tracker.

Patiënt deactiveren

In Patiëntinstellingen kunt u in de nieuwe Account-sectie een **Patiënt deactiveren**, waardoor de onderzoeksdeelnemer uit het klinisch-wetenschappelijke onderzoek wordt verwijderd en diens account wordt gedeactiveerd.

Research Uploader

Tijdens het gebruik van Glooko Clinical Research, heeft uw kliniek toegang tot een afzonderlijke Uploader voor onderzoek die specifiek is bedoeld om apparaatgegevens van onderzoeksdeelnemers te uploaden naar het Glooko Clinical Research-platform.

A.8. 2-staps-verificatie

Met 2-staps verificatie kan uw ziekenhuis twee vormen van authenticatie vereisen voor professionele gebruikers toegang krijgen tot hun accounts. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe voor uw ziekenhuis en uw patiëntgegevens.

Als deze functie is ingeschakeld, ontvangt de gebruiker via e-mail of App-authenticatie een eenmalig wachtwoord dat bij aanmelding bij de Population Tracker moet worden ingevoerd. De gebruiker heeft de optie om deze OTP gedurende 30 dagen op te slaan; anders is telkens wanneer de gebruiker zijn of haar account opent een nieuwe OTP vereist.

OPMERKING: Alleen beheerders kunnen deze instelling beheren voor alle professionele gebruikers in uw ziekenhuis. Mogelijk zijn er echter regionale of nationale wettelijke verplichtingen waardoor een 2-staps verificatie verplicht altijd moet zijn geactiveerd. In dat geval kan deze functie door niemand in het ziekenhuis worden uitgeschakeld.

A.9. Eenmalige aanmelding

Met de functie Eenmalige aanmelding (single sign-on, SSO) kunnen uw Professionele gebruikers zich aanmelden bij hun Population Tracker-account via een beveiligde authenticatieservice die de toegang tot meerdere toepassingen verzorgt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers **Aanmelden met SSO** selecteren in het Glooko-aanmeldscherm, hun aanmeldgegevens voor het Glooko-account invoeren en de prompts op het scherm volgen om hun account te verbinden.



A.10. Zorgprogramma's

Met Glooko-zorgprogramma's kan uw kliniek uw patiëntpopulatie effectief beheren door programma's toe te wijzen die zijn afgestemd op specifieke diabetesbehoeften. Deze programma's bieden u en uw patiënten nuttige hulpmiddelen waarmee inzicht kan worden verkregen in hun unieke diabetestype alsmede advies over het gebruik van Glooko om hun diabetes beter onder controle te krijgen.

Wanneer zorgprogramma's zijn ingeschakeld voor uw kliniek, kunt u programma's vanuit uw Population Tracker aan patiënten toewijzen. Wanneer een programma aan een patiënt is toegewezen, ontvangt hij of zij een e-mail met instructies over hoe deze online toegang kan verkrijgen tot het programma.
OPMERKING: Uw kliniek moet de nieuwe Population Tracker gebruiken om deze functie te kunnen gebruiken.

A.11. Population Health*

Identificatie van risicopatiënten

Glooko Population Health is een populatie-analyse-instrument waarmee klinieken Beyond A1c-gegevens van hun patiëntenpopulatie kunnen gebruiken om risicopatiënten te identificeren en ze tijdige zorg en interventies te bieden. Dit wordt gerealiseerd door klinieken de mogelijkheid te bieden om via het tabblad At-Risk aangepaste gegevensquery's binnen hun volledige patiëntenpopulatie uit te voeren, waarbij ze vervolgens de mogelijkheid hebben om deze query's op te slaan als cohorten (risicoprofielen). Ook bestaat de optie om een csv-bestand van de patiënten in het cohort te exporteren.

Een voorbeeld van een cohort is: patiënten van type 1 met < 40% tijd binnen bereik.

Door verschillende cohorten te creëren, kunnen klinieken ook hun eigen aangepaste vlaggen creëren. Deze vlaggen worden eenmaal per dag bijgewerkt en verschijnen op de Population Tracker, waardoor patiënten op basis van deze vlaggen volgens risico kunnen worden gestratificeerd. Naast de aangepaste vlaggen is er ook een set bestaande in Glooko gedefinieerde vlaggen beschikbaar, bv. Hyporisico, Hyperrisico, Uitvalrisico, Gemarkeerd als hoog en Gemarkeerd als laag.

OPMERKING! Uw kliniek moet de nieuwe Population Tracker gebruiken om deze functie te kunnen gebruiken.

Pre/post-uitkomsten

Met het Population Health-platform kunnen klinieken ook samengevoegde uitkomsten van vóór en na openen (zoals gemiddelde glucose) voor hun patiëntenpopulatie via het tabblad Pre/Post. Bijvoorbeeld pre/post: **Gestart met Glooko** of pre/post: **Laatste kliniekbezoek**.

Als uw kliniek Glooko Population Health heeft toegevoegd aan uw bestaande abonnementsmodel, heeft u toegang tot het Population Health-platform via het vervolgkeuzemenu Zorgverlener in de Glooko® Web App (my.glooko.com).

Voor meer informatie over Population Health kunt u in het Glooko Helpcentrum dit artikel lezen: What is Population Health and how do I use this feature? (Wat is Population Health en hoe gebruik ik deze functie?)

** Op dit moment alleen beschikbaar in bepaalde markten.*

A.12. Zwangerschapspakket

Met het Glooko-zwangerschapspakket kan uw kliniek zwangere vrouwen met diabetes contoleren. Als deze functie is ingeschakeld, kan de geschatte uitgerekende datum worden ingevoerd op de pagina Profiel van de patiënt. Hierdoor verschijnt er een zwangerschapslabel in de patiëntenlijst van de kliniek, waarin de huidige zwangerschapsweek + -dag van de patiënt wordt weergegeven voor eenvoudige bewaking van het diabetesbeheer tijdens de gehele zwangerschap.

De patiëntenlijst kan worden gefilterd op zwangerschapspakket, waardoor een volledige lijst van patiënten met een actieve zwangerschapsperiode wordt getoond.

Wanneer u een patiëntenaccount met een ingestelde uitgerekende datum bekijkt, worden de zwangerschapsweek + -dag ook weergegeven op de pagina's Samenvatting, Grafieken en Geschiedenis.

Bijlage 2: Apparaatspecifieke functies

B.1. Basal-IQ

Patiënten die een Tandem t:slim X2-pomp gebruiken in combinatie met een CGM kunnen een technologie activeren die Basal-IQ wordt genoemd. Dit is een geavanceerde technologie die een lage bloedsuikerspiegel voorspelt en helpt voorkomen. Basal-IG zorgt ervoor dat een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties kan laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.



Een patiënt die een pomp heeft waarop Basal-IQ is geïnstalleerd, kan kiezen tussen 2 modi:

- Basal-IQ
- Hadmatige modus

Als in Glooko Basal-IQ-gegevens voor een patiënt bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: **Systeemgegevens**. Basal-IQ staat ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

B.2. Control-IQ

Patiënten die een Tandem t:slim X2-pomp gebruiken samen met een CGM hebben de optie om technologie met de naam Control-IQ te activeren. Het is een geavanceerde hybride gesloten-lustechnologie die hoge en lage waarden voorspelt en helpt voorkomen. Met Control-IQ kan een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.



Een patiënt die een pomp heeft waarop Control-IQ is geïnstalleerd, kan kiezen tussen 4 modi:

- Control-IQ
- Slaap
- Lichaamsbeweging
- Handmatig

Als in Glooko Control-IQ-gegevens voor een patiënt bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: **Systeemgegevens**. Control-IQ staat ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

B.3. Omnipod 5*

Patiënten die een Omnipod 5-pomp samen met een Dexcom CGM gebruiken, hebben de optie om de gesloten-lustechnologie te activeren die door Insulet is ontwikkeld. Dit is een geavanceerde hybride gesloten-lustechnologie die hoge en lage waarden voorspelt en helpt voorkomen. Hiermee kan een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.



Een patiënt met een Omnipod 5 en een Dexcom CGM kan kiezen uit 4 modussen:

- automatische modus;
- automatisch: beperkt;
- automatisch: HypoProtect;
- handmatige modus.

Als in Glooko voor een patiënt gesloten-lusgegevens van een Omnipod 5 bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam **Systeemgegevens**. Gesloten-lusgegevens staan ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

OPMERKING: De Omnipod 5 is een cloud-to-cloud integratie. De verbinding met Glooko wordt gemaakt in Podder Central, waar gebruikers de verbinding tussen hun Omnipod 5 en Glooko moeten autoriseren. Nadat de verbinding is gemaakt, worden regelmatig met een uur vertraging gegevens naar Glooko doorgestuurd.

** Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.*