Glooko® Uploader

Návod k použití – pro uživatele řešení Glooko

Datum vyání: 10.2026 | Verze IFU-0058-cs 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Obsah

Vyhledání zařízení 4–5

Všeobecné informace 6
- Popis výrobku 6
- Zamýšlené použití 6
- Podporovaná zařízení 6
- Upozornění 6
- Kontraindikace 6

Návod k použití 7
- Pacienti 8
  - Přihlášení k panelu MyGlooko na stránce https://my.glooko.com 8
  - Stažení instalačního souboru softwaru 8
  - Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění 8
- Poskytovatelé zdravotní péče 9
  - Vyžádání odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader 9
  - Stažení instalačního souboru softwaru 9
  - Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění 9
- Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče 10
  - Otevření softwaru Glooko Uploader 10
  - Přihlášení k účtu Glooko 10
  - Funkce softwaru Glooko Uploader 11
  - Nahrání dat o diabetu 12
  - Zobrazení dat o diabetu 13

Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu 14

Vyhledání zařízení

Glukometr | *Zařízení pro kontinuální monitorování glukózy* | *Inzulinová pumpa*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Všeobecné informace

Popis výrobku

Software Glooko Uploader® je určen jednotlivcům pro domácí použití i lékařům a zdravotníkům ve zdravotnických zařízeních a slouží k přenosu předdefinovaných dat z domácích monitorovacích zařízení do serverové databáze. Zařízení lze používat samostatně nebo v kombinaci se systémem Glooko.

Zamýšlené použití

Glooko System je platforma pro monitorování léčby diabetu, která je určená pro zdravotníky i pacienty a kterou lze používat na klinice nebo na dálku. Umožňuje prohlížení dat pacientů z kompatibilních zdravotnických zařízení a jiných monitorovacích zdravotnických zařízení. Dále umožňuje zdravotníkům zefektivnit léčbu diabetu prostřednictvím analýzy a monitorování léčby diabetu pacienta a programu péče.

Podporovaná zařízení

Co všechno potřebujete:

1. kompatibilní glukometr, inzulinovou pumpu nebo zařízení pro kontinuální monitorování glukózy (CGM),

2. Počítač PC nebo Mac s jedním z následujících operačních systémů (OS):
   - Windows 10 (32 bitová a 64 bitová verze)
   - Windows 11 (64 bitová)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Software Glooko Uploader
4. Účet Glooko
5. Kabel pro synchronizaci nebo stahování dat ze zařízení dodaný s podporovaným zařízením pro diabetiky

Upozornění!

Systém Glooko přenášená data neměří, neinterpretuje ani na jejich základě nevydává žádná rozhodnutí a nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Veškeré lékařské diagnózy a léčba musejí probíhat pod dohledem příslušného poskytovatele zdravotní péče.
Pokud máte obavy týkající se vaší současné diagnózy a léčby diabetu, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.
V případě poruchy platformy Glooko System přestaňte produkt používat a obraťte se na podporu společnosti Glooko.

Kontraindikace

Žádné.

Návod k použití – Glooko Uploader

Chcete-li používat software Glooko Uploader, musíte si založit účet Glooko. Data nahraná pomocí softwaru Glooko Uploader se synchronizují s vaším účtem Glooko. K tomu se můžete kdykoli přihlásit pomocí přihlašovacích údajů Glooko. K synchronizaci dat se serverem Glooko je nutné připojení k internetu (přes Wi-Fi nebo mobilní data).

Pacienti:

- Informace o tom, jak software Glooko Uploader nainstalovat a jak jeho prostřednictvím nahrát data, najdete na další straně.



Poskytovatelé zdravotní péče:

- Informace o tom, jak software Glooko Uploader nainstalovat a jak jeho prostřednictvím nahrát data, najdete na straně 9.

Pacienti

K přístupu na řídicí panel MyGlooko a stažení softwaru Glooko Uploader potřebujete mít založený účet Glooko. Do systému Glooko se můžete zaregistrovat pomocí mobilní aplikace Glooko pro iOS nebo Android. Můžete také kontaktovat **podporu společnosti Glooko** (https://support.glooko.com) a požádat o pomoc při zakládání účtu. Po vytvoření účtu Glooko postupujte podle následujících pokynů.

1 Přihlášení k panelu MyGlooko na stránce https://my.glooko.com

- Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo.
- Klepněte na tlačítko Přihlásit se.

POMOC S PŘIHLÁŠENÍM K VAŠEMU ÚČTU GLOOKO

- ZAPOMENUTÉ HESLO:

Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo potřebné k přihlášení, klepněte na položku **Zapomenuté heslo** a nechte si zaslat e-mail pro resetování hesla. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.

- ODEMKNUTÍ VAŠEHO ÚČTU:

Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, váš účet se uzamkne. Na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu bude automaticky zaslán e-mail s pokyny k odemknutí účtu. Pokud tento e-mail neobdržíte, klikněte na položku **Nepřišly mi pokyny k odemknutí**. Budete přesměrováni na stránku pro odemknutí účtu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.



2 Stažení instalačního souboru softwaru

Po přihlášení k řídicímu panelu MyGlooko si budete muset stáhnout instalační soubor.

- Klepněte na položku **Nastavení**.
- Přejděte do spodní části stránky a klikněte na položku **Získat Glooko Uploader**.
- Budete přesměrováni na obrazovku s tlačítky pro instalaci softwaru Glooko Uploader na počítači Mac nebo PC. Kliknutím na tlačítko Mac nebo PC stáhněte příslušný instalační soubor.

3 Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění

V závislosti na používaném webovém prohlížeči nebo operačním systému možná budete muset stažený instalační soubor vyhledat, případně se může zobrazit automaticky otevírané okno s výzvou ke spuštění souboru.

- Pokud používáte počítač **PC**, podívejte se do složky naposledy stažených souborů.
- Pokud používáte počítač **Mac**, vyhledejte v nástroji Finder složku stažených souborů.

Až soubor najdete, dvakrát na něj klikněte a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.

POZNÁMKA: Pro uživatele FreeStyle Libre ve Švédsku, Norsku a USA je důležité vybrat, že během instalačního procesu používáte FreeStyle Libre. Tím se nainstaluje další Freestyle Libre DataHub požadovaný pro tato nahrávání.

Poskytovatelé zdravotní péče

K používání softwaru Glooko Uploader budete potřebovat účet poskytovatele Glooko a předplatné s podporou softwaru Glooko Uploader. Budete také potřebovat konkrétní odkaz pro stažení softwaru Glooko Uploader. Požádejte o pomoc podporu společnosti Glooko (https://support.glooko.com).

1 Vyžádání odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader

Poskytovatelé zdravotní péče si musejí vyžádat odkaz pro stažení softwaru Glooko Uploader.

- Obraťte se na podporu společnosti Glooko (https://support.glooko.com) a požádejte o poskytnutí odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader.

2 Stažení instalačního souboru softwaru

- Až dostanete e-mail s odkazem pro stažení softwaru z webu společnosti Glooko, klikněte na uvedený odkaz. Budete přesměrováni na obrazovku s tlačítky pro instalaci softwaru Glooko Uploader na počítači Mac nebo PC. Kliknutím na tlačítko Mac nebo PC stáhněte příslušný instalační soubor.

3 Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění

V závislosti na používaném webovém prohlížeči nebo operačním systému možná budete muset stažený instalační soubor vyhledat, případně se může zobrazit automaticky otevírané okno s výzvou ke spuštění souboru.

- Pokud používáte počítač **PC**, podívejte se do složky naposledy stažených souborů.
- Pokud používáte počítač **Mac**, vyhledejte v nástroji Finder složku stažených souborů.

Až soubor najdete, dvakrát na něj klikněte a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.

POZNÁMKA: Pro uživatele FreeStyle Libre ve Švédsku, Norsku a USA je důležité vybrat, že během instalačního procesu používáte FreeStyle Libre. Tím se nainstaluje další Freestyle Libre DataHub požadovaný pro tato nahrávání.

Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

Po instalaci softwaru Glooko Uploader a restartování počítače najdete na ploše (PC) nebo ve složce aplikací (Mac) ikonu softwaru Glooko Uploader.

4 Otevření softwaru Glooko Uploader

- Na ploše (PC) nebo ve složce aplikací (Mac) **najděte** ikonu softwaru Glooko Uploader.
- Spusťte program **dvojitým kliknutím** na ikonu softwaru Glooko Uploader.

POZNÁMKA: Před prvním spuštěním softwaru Glooko Uploader nezapomeňte restartovat počítač.

5 Přihlášení k účtu Glooko



Po otevření programu Glooko Uploader se budete muset přihlásit ke svému účtu Glooko.

- Zadejte svůj **e-mail nebo uživatelské jméno.**
- Zadejte své **heslo**.
- Klepněte na tlačítko **Přihlásit se**.

POMOC S PŘIHLÁŠENÍM K VAŠEMU ÚČTU GLOOKO
Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo potřebné k přihlášení, klikněte na položku **Zapomenuté heslo** a nechte si zaslat e-mail pro resetování hesla. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.

SLUŽBA SINGLE SIGN-ON (SSO) PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE (HCP)
Služba Single Sign-On (SSO) umožňuje zdravotníkům přihlásit se pomocí stávající služby zabezpečeného ověřování (Identity Provider (IdP)) na své klinice.

1. Klikněte na možnost „Přihlásit se pomocí SSO“ v dolní části přihlašovacího okna.
2. Budete přesměrován/a na stránku Glooko Web, kde musíte zadat e-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem Glooko.
3. Systém Glooko bude komunikovat s nakonfigurovaným systémem Vaší kliniky, aby identifikoval Vašeho poskytovatele identity (IdP), a poté budete přesměrován/a na přihlašovací stránku Vašeho poskytovatele identity.
4. Přihlaste se pomocí obvyklých přihlašovacích údajů kliniky pro daného poskytovatele identity.
5. Po ověření systémem Vaší kliniky budete přesměrován/a zpět na obrazovku aplikace Glooko Uploader, kde můžete pokračovat v nahrávání dat zařízení.

Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

6 Funkce softwaru Glooko Uploader

ODHLÁŠENÍ OD VAŠEHO ÚČTU

- Od svého účtu Glooko se můžete odhlásit po klepnutí na tlačítko profilu v pravém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Klepněte na možnost **Odhlásit**.



ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ V PROFILU

- Údaje ve svém profilu můžete zobrazit po klepnutí na tlačítko profilu v pravém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Otevře se okno s těmito údaji:
  - vaše **jméno**,
  - vaše **primární autorizované pracoviště** (poskytovatel zdravotní péče) a přidružený **kód ProConnect**,
  - vaše **e-mailová adresa**.
- Klepněte na možnost **Odhlásit**.

ZOBRAZENÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O SOFTWARU GLOOKO UPLOADER

- Další informace zobrazíte klepnutím na tlačítko informací v levém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Zobrazí se okno s informacemi o podpoře produktu, popisem produktu a prohlášením o zamýšleném použití.



Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

7 Nahrání dat o diabetu



Po přihlášení do softwaru Glooko Uploader můžete nahrát data ze zařízení pro diabetiky.

PŘIPOJENÍ KABELU ZAŘÍZENÍ PRO DIABETIKY K POČÍTAČI
Jakmile se přihlásíte, software Glooko Uploader začne vyhledávat zařízení.

- Připojte k počítači příslušný kabel USB nebo infračervený (IR) kabel zařízení pro diabetiky.
- Jakmile počítač kabel rozpozná, počkejte ještě několik sekund, než dojde k rozpoznání kabelových ovladačů, a teprve pak připojte zařízení.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DIABETIKY KE KABELU

- Po připojení kabelu k počítači připojte ke kabelu zařízení pro diabetiky.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte kabel dodaný k vašemu zařízení pro diabetiky. Pokud potřebujete nový kabel, obraťte se na výrobce zařízení pro diabetiky.

- Po připojení zařízení pro diabetiky k počítači pomocí kabelu dodaného se zařízením začne zařízení nahrávat data pomocí softwaru Glooko Uploader.
- Pokud se zobrazí chyba, postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se tím potíže nevyřeší, požádejte o pomoc podporu společnosti Glooko.



Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

8 Zobrazení dat o diabetu

Po nahrání dat ze zařízení pro diabetiky pomocí softwaru Glooko Uploader se můžete na stránce https://my.glooko.com přihlásit ke svému účtu Glooko a tato data si zobrazit.

- **Pacienti**:
  Další informace o webovém řídicím panelu MyGlooko najdete v dokumentu Glooko pro osobní použití – stručná úvodní příručka na stránce https://support.glooko.com.

- **Poskytovatelé zdravotní péče**:
  Další informace o nástroji Population Tracker najdete v tomto dokumentu:
  Glooko pro kliniky – stručná úvodní příručka
  na stránce https://support.glooko.com.

Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu

Následují pokyny, jak pomocí softwaru Glooko® Uploader nahrát data o diabetu. Pokud nejsou k zařízení přiloženy konkrétní pokyny k nahrání dat, stačí zařízení připojit k počítači PC/Mac pomocí dodaného kabelu USB a data se nahrají automaticky.



Upozorňujeme, že některá zařízení pro diabetes nemusí být na vašem trhu dostupná.

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*

FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Kompatibilita je společností Abbott omezena na Švédsko a Norsko.

POZNÁMKA: Během instalace softwaru Glooko Uploader nezapomeňte vybrat, že používáte FreeStyle Libre. Tím se nainstaluje další Freestyle Libre DataHub požadovaný pro tato nahrávání.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Připojte kabel k počítači.
2. Na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Připojte kabel k počítači.
2. Na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Připojte kabel k počítači.
2. Na měřiči stiskněte tlačítko **M**.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

Port USB na měřiči

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

1. Připojte se k počítači a počkejte, než bude zahájena extrakce.
2. Poté stiskněte a podržte šedé tlačítko na glukometru, dokud nebude extrakce dokončena.

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Připojte kabel a v hlavní nabídce měřiče vyberte položku **PC Link**.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Připojte kabel k počítači.
2. Stiskněte tlačítko **S** na měřiči.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Pokud se na měřiči zobrazí hlášení **E-3**, odpojte jej, počkejte, až displej zhasne, a pak měřič znovu připojte.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Připojte kabel a vložte měřič do dokovací stanice.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Připojte kabel k počítači.
2. Nahrávání dat by se mělo zahájit do 20 sekund po připojení kabelu. Pokud se tak nestane, otevřete na měřiči hlavní nabídku. Přejděte na položky **Moje data > Analýza v počítači > Přenos dat** a znovu připojte měřič ke kabelu USB. *(Nedržte stisknutá dvě tlačítka se šipkami.)*

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141 | TD-4257(v2)
TD-4183 | TD-4280
— *TaiDoc Strip Connector USB*

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255 | TD-4285
TD-4257(v1)
— *GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)*

Wellion

Calla Mini | Leonardo Compact
Gallileo Compact
— *Wellion Calla mini USB*

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Glukometry – infračervené připojení

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 nebo Accu-Chek 360°

1. Připojte infračervený kabel k počítači.
2. Když je měřič vypnutý, aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 nebo Accu-Chek 360°

1. Připojte infračervený kabel k počítači.
2. Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením tlačítek **S** a **M** pod displejem, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 nebo Accu-Chek 360°

1. Připojte infračervený kabel k počítači.
2. V hlavní nabídce přejděte na položku **Moje data** a vyberte možnost **Přenos dat**.

Zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Pokud se nahrávání nespustí, odpojte přijímač a výběrem položky Vypnout v nabídce jej vypněte. Znovu přijímač zapněte a připojte jej k počítači.

Glukometry a inzulinové pumpy – s připojením NFC

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Připojte ke svému počítači podložku NFC dodanou společností Terumo.
2. Umístěte glukometr na podložku NFC.

Upozorňujeme, že symbol přenosu na zadní straně glukometru musí být zarovnán se symbolem NFC na podložce NFC.

Medisafe WITH

1. Připojte ke svému počítači podložku NFC dodanou společností Terumo.
2. Zkontrolujte, zda se na dálkovém ovladači pumpy zobrazuje hlavní nabídka.
3. Umístěte dálkový ovladač na podložku NFC.

Upozorňujeme, že symbol přenosu na zadní straně dálkového ovladače musí být zarovnán se symbolem NFC na podložce NFC.

Inzulinové pumpy – infračervené připojení

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li nebo Li2

Poznámka! Používáte-li operační systém Windows 8 nebo 10, musíte použít kabel ACTiSYS Li2.

1. Pozastavte pumpu. (HLAVNÍ NABÍDKA, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Suspend** (Pozastavit).)
2. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Podržte pumpu otočenou zadní částí ke kabelu bezdrátového IR zařízení pro stahování Actisys.
4. Po dokončení přenosu:
   Obnovte chod pumpy (HLAVNÍ NABÍDKA, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Resume** (Obnovit).) Stiskněte tlačítko **OK**.

Kompatibilní infračervené kabely

Kabel ACTiSYS Li

Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: neuplatňuje se

Kabel ACTiSYS Li2

Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Kabel Accu-Chek 360°
(Realtyme)

Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Nemáte kabel?
Obraťte se na výrobce svého zařízení pro diabetiky.

Inzulinové pumpy – připojení pomocí kabelu USB

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Připojte kabel a na zařízení PDM stiskněte tlačítko pro zapnutí.
2. Odemkněte zařízení PDM a na obrazovce klepněte na položku „Export“ (Exportovat).

Medtronic

630G
640G
670G

USB port na měřicím zařízení

1. K některému portu USB svého počítače připojte měřič Contour Next Link 2.4.
2. Podle pokynů na obrazovce v aplikaci Glooko Uploader nahrajte data z pumpy Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Otevřete hlavní nabídku na ruční jednotce pumpy.
2. V hlavní nabídce vyberte USB.
3. Pomocí kabelu micro USB připojte ruční jednotku ke svému počítači.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Přejděte do žluté nabídky a vyberte tlačítko odeslání dat.

Inzulinové pumpy – připojení pomocí infračerveného kabelu

Kompatibilní infračervené kabely

Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix

Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Poznámka! Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.

1. Připojte k počítači kabel čtečky Smart Pix 2 a počkejte, až modrá kontrolka na čtečce Smart Pix 2 začne pomalu blikat.
2. Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.
3. V nabídce datamanažeru vyberte položku **Connect to PC** (Připojit k PC) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Ujistěte se, že je pumpa v dosahu datamanžeru.
5. Během přenosu dat ze zařízení do čtečky Smart Pix 2 svítí na čtečce Smart Pix 2 modrá kontrolka.
6. Když modrá kontrolka zhasne a čtečka Smart Pix 2 i zařízení vydají zvukový signál, znamená to, že byl zahájen přenos dat ze čtečky Smart Pix 2 do softwaru Glooko Uploader. Čtečku Smart Pix 2 ještě neodpojujte!
7. Počkejte, až software Glooko Uploader potvrdí úspěšné dokončení nahrávání.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix nebo Smart Pix 2
Poznámka! Při používání čtečky Smart Pix se vyžaduje verze softwaru Smart Pix 3.02 nebo vyšší.

1. Připojte Smart Pix k počítači a vyčkejte, než modrá kontrolka na Smart Pix začne pomalu blikat.
2. Uveďte pumpu do režimu **přenosu dat** (pumpu zastavte a přejděte do nabídky **přenosu dat**).
3. Postavte pumpu infračerveným snímačem směrem ke Smart Pix. Modrá kontrolka signalizuje, že jsou data přenášena do Smart Pix.
4. Počkejte, než modrá kontrolka začne opět pomalu blikat nebo se blikání zcela zastaví.
5. Data jsou nyní přenášena ze Smart Pix do softwaru Glooko Uploader. Smart Pix ještě neodpojujte.
6. Počkejte, než software Glooko Uploader ukáže, že byla data úspěšně nahrána.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER