Glooko® Uploader

Návod na použitie – pre používateľov systému Glooko

Dátum vydania: 10/2026 | Verzia IFU-0058-sk 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Obsah

Vyhľadanie zariadenia ..... 4 – 5

Všeobecné informácie 6
- Opis výrobku 6
- Zamýšľané použitie 6
- Podporované zariadenia 6
- Výstrahy 6
- Kontraindikácie 6

Návod na použitie 7
- Pacienti 8
  - Prihlásenie sa na tabuli Dashboard v MyGlooko na adrese https://my.glooko.com 8
  - Stiahnutie inštalačného súboru softvéru 8
  - Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie 8
- Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 9
  - Vyžiadanie prepojenia na stiahnutie softvéru Glooko Uploader 9
  - Stiahnutie inštalačného súboru softvéru 9
  - Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie 9
- Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 10
  - Spustenie softvéru Glooko Uploader 10
  - Prihlásenie sa do účtu Glooko 10
  - Funkcie v softvéri Glooko Uploader 11
  - Nahratie údajov o ochorení diabetes 12
  - Zobrazenie údajov o ochorení diabetes 13

Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy 14

Vyhľadanie zariadenia

Glukomer *CGM* *Inzulínová pumpa*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Všeobecné informácie

Opis výrobku

Softvér Glooko Uploader® je určený pre jednotlivcov alebo zdravotníckych pracovníkov v domácnosti alebo v zdravotníckych zariadeniach na prenos preddefinovaných údajov z domácich monitorovacích zariadení do serverovej databázy. Zariadenie sa môže používať ako samostatný produkt alebo v kombinácii so systémom Glooko.

Zamýšľané použitie

Systém Glooko je platforma na správu diabetu, ktorú môžu zdravotnícki pracovníci a pacienti používať v ambulancii alebo na diaľku. Umožňuje zobrazovať údaje pacienta z kompatibilných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení na monitorovanie zdravia. Umožňuje tiež zdravotníckym pracovníkom podporovať liečbu diabetu prostredníctvom analýzy a monitorovania liečby diabetu a programu starostlivosti o pacienta.

Podporované zariadenia

Jednotlivci budú na začiatok potrebovať tieto súčasti:

1. kompatibilný glukomer, inzulínovú pumpu alebo systém na kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM),

2. PC alebo Mac s jedným z nasledujúcich operačných systémov (OS):
   - Windows 10 (32-bitová verzia a 64-bitová verzia)
   - Windows 11 (64-bitová)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. softvér Glooko Uploader,
4. účet Glooko a
5. synchronizačný kábel alebo kábel na sťahovanie údajov, ktorý bol dodaný s podporovaným zariadením pre diabetikov.

Výstraha!

Glooko nemeria, neinterpretuje ani neprijíma rozhodnutia o údajoch, ktoré prenáša, nie je určený na poskytovanie automatizovaných rozhodnutí o liečbe, ani nenahrádza odborné stanoviská odborníka. Všetky lekárske diagnózy a liečebné postupy sa musia realizovať pod dohľadom príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak máte obavy týkajúce sa vašej súčasnej diagnózy a liečby diabetu, obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
V prípade, že Glooko System nepracuje správne, prestaňte produkt používať a obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Glooko.

Kontraindikácie

Žiadne.

Návod na použitie – Glooko Uploader

Ak chcete používať softvér Glooko Uploader, musíte si vytvoriť účet Glooko. Údaje nahrané pomocou softvéru Glooko Uploader sa zosynchronizujú s vaším účtom Glooko, ku ktorému máte prístup s prihlasovacími údajmi Glooko. Internet (WiFi alebo mobilná dátová sieť) je potrebný na synchronizáciu údajov so serverom Glooko.

Pacienti:

- Na nasledujúcej strane si prečítajte, ako nainštalovať a nahrať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.



Poskytovatelia zdravotnej

- Na strane 9 si prečítajte, ako nainštalovať a nahrať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.

Pacienti

Ak chcete získať prístup k tabuli Dashboard v MyGlooko a stiahnuť softvér Glooko Uploader, budete musieť mať založený účet Glooko. Do služby Glooko sa môžete zaregistrovať pomocou mobilnej aplikácie Glooko pre iOS alebo Android. Ak potrebujete poradiť pri vytváraní účtu, môžete tiež kontaktovať **technickú podporu spoločnosti Glooko**(https://support.glooko.com). Po vytvorení účtu Glooko postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1 Prihláste sa na tabuli Dashboard v MyGlooko na adrese https://my.glooko.com

- Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.
- Ťuknite na položku Prihlásiť sa.

AKO ZÍSKAŤ POMOC S PRIHLÁSENÍM DO ÚČTU GLOOKO

- ZABUDNUTÉ HESLO:

Ak si nepamätáte heslo na prihlásenie, ťuknite na položku **Zabudnuté heslo**, aby ste si vyžiadali e-mail na obnovenie hesla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

- ODBLOKOVANIE ÚČTU:

Ak ste heslo zadali nesprávne päťkrát, váš účet sa zablokuje. E-mail s pokynmi na odblokovanie sa automaticky odošle na e-mailovú adresu vášho účtu. Ak ste však nedostali e-mail, kliknite na položku **Nedostal som pokyny na odblokovanie** – budete presmerovaní na stránku odblokovania. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.



2 Stiahnutie inštalačného súboru softvéru

Po prihlásení na tabuli Dashboard v MyGlooko si budete musieť stiahnuť inštalačný súbor.

- Ťuknite na položku **Nastavenia**.
- Posuňte sa do dolnej časti stránky a kliknite na položku **Získať Glooko Uploader**.
- Budete presmerovaní na obrazovku s tlačidlami na inštaláciu softvéru Glooko Uploader pre Mac alebo PC. Kliknutím na tlačidlo Mac alebo PC si stiahnite inštalačný súbor.

3 Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie

V závislosti od webového prehliadača a operačného systému môže byť potrebné vyhľadať stiahnutý inštalačný súbor alebo sa môže zobraziť kontextové okno so žiadosťou o spustenie súboru.

- Ak používate **PC**, pozrite sa do priečinka naposledy prevzatých súborov
- Ak používate **MAC**, pozrite sa do priečinka pre stiahnuté súbory vo Finderi

Keď sa vám súbor podarí nájsť, dvakrát naň kliknite a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke. Na konci procesu inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

POZNÁMKA: Pre používateľov systému FreeStyle Libre vo Švédsku, Nórsku a USA je dôležité, aby ste počas procesu inštalácie vybrali, že používate systém FreeStyle Libre.Tým nainštalujete dodatočný systém FreeStyle Libre DataHub, ktorý je potrebný na tieto prenosy.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Aby ste mohli používať softvér Glooko Uploader, budete potrebovať účet poskytovateľa Glooko a predplatné, ktoré podporuje softvér Glooko Uploader. Budete tiež potrebovať konkrétne prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Glooko (https://support.glooko.com).

1 Vyžiadanie prepojenia na stiahnutie softvéru Glooko Uploader

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia požiadať o prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader.

- Obráťte sa na technickú podporu Glooko (https://support.glooko.com) a požiadajte o prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader.

2 Stiahnutie inštalačného súboru softvéru

- Keď dostanete prepojenie na stiahnutie softvéru od spoločnosti Glooko, kliknite na prepojenie vo vašom e-maile. Budete presmerovaní na obrazovku s tlačidlami na inštaláciu softvéru Glooko Uploader pre Mac alebo PC. Kliknutím na tlačidlo Mac alebo PC si stiahnite inštalačný súbor.

3 Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie

V závislosti od webového prehliadača a operačného systému môže byť potrebné vyhľadať stiahnutý inštalačný súbor alebo sa môže zobraziť kontextové okno so žiadosťou o spustenie súboru.

- Ak používate **PC**, pozrite sa do priečinka naposledy prevzatých súborov
- Ak používate **MAC**, pozrite sa do priečinka pre stiahnuté súbory vo Finderi

Keď sa vám súbor podarí nájsť, dvakrát naň kliknite a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke. Na konci procesu inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

POZNÁMKA: Pre používateľov systému FreeStyle Libre vo Švédsku, Nórsku a USA je dôležité, aby ste počas procesu inštalácie vybrali, že používate systém FreeStyle Libre.Tým nainštalujete dodatočný systém FreeStyle Libre DataHub, ktorý je potrebný na tieto prenosy.

Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Po inštalácii softvéru Glooko Uploader a reštartovaní počítača vyhľadajte ikonu Glooko Uploader buď na ploche (PC), alebo v priečinku Aplikácie (Mac).

4 Spustenie softvéru Glooko Uploader

- **Vyhľadajte** ikonu Glooko Uploader na ploche (PC) alebo v priečinku Aplikácie (Mac).
- **Dvojitým** kliknutím na ikonu Glooko Uploader spustite program.

POZNÁMKA: Pred prvým spustením softvéru Glooko Uploader sa uistite, že ste reštartovali počítač.

5 Prihlásenie sa do účtu Glooko



Po spustení softvéru Glooko Uploader sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu Glooko.

- Zadajte svoj **e-mail alebo používateľské meno**
- Zadajte **heslo**
- Ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.

AKO ZÍSKAŤ POMOC S PRIHLÁSENÍM DO ÚČTU GLOOKO

Ak si nepamätáte heslo na prihlásenie, kliknite na položku **Zabudnuté heslo**, aby ste si vyžiadali e-mail na obnovenie hesla. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

JEDNO PRIHLÁSENIE (SSO) PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Funkcia jedného prihlásenia (SSO) umožňuje zdravotníckym pracovníkom prihlásiť sa pomocou existujúcej zabezpečenej overovacej služby zdravotníckeho zariadenia (poskytovateľ identity; IdP).

1. Kliknite na možnosť „Prihlásiť sa pomocou SSO" v spodnej časti okna prihlásenia.
2. Dostanete sa na webovú lokalitu Glooko Web, kde budete musieť zadať e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom Glooko.
3. Glooko bude komunikovať s nakonfigurovaným systémom vášho zdravotníckeho zariadenia s cieľom identifikovať vaše IdP a budete presmerovaní na prihlasovaciu stránku IdP.
4. Prihláste sa pomocou svojich bežných klinických poverení pre daného poskytovateľa identity.
5. Po overení v systéme vášho zdravotníckeho zariadenia budete presmerovaní späť na obrazovku Glooko Uploader, aby ste mohli pokračovať v nahrávaní zo zariadenia.

Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

6 Funkcie v softvéri Glooko Uploader

ODHLÁSENIE SA Z ÚČTU

- Zo svojho účtu Glooko sa môžete odhlásiť ťuknutím na tlačidlo Profil v pravom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Ťuknite na položku **Odhlásiť sa**



ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O PROFILE

- Informácie o profile môžete zobraziť ťuknutím na tlačidlo Profil v pravom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Toto kontextové okno zahŕňa nasledujúce položky:
  - Vaše **meno**
  - Vaše **primárne autorizované pracovisko** (poskytovateľ **zdravotnej starostlivosti) a súvisiaci kód ProConnect**
  - Vaša **e-mailová adresa**
- Ťuknite na položku **Odhlásiť sa**.

POZRITE SI ĎALŠIE INFORMÁCIE O SOFTVÉRI GLOOKO UPLOADER

- Ďalšie informácie môžete zobraziť ťuknutím na tlačidlo Informácie v ľavom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Toto kontextové okno obsahuje informácie o technickej podpore produktu, popis produktu a vyhlásenie o zamýšľanom použití.



Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

7 Nahratie údajov o ochorení diabetes



Po prihlásení do softvéru Glooko Uploader môžete nahrať údaje zo svojho zariadenia pre diabetikov.

PRIPOJENIE KÁBLA ZARIADENIA PRE DIABETIKOV K POČÍTAČU
Po prihlásení začne softvér Glooko Uploader hľadať zariadenie.

- K počítaču pripojte príslušný USB kábel alebo infračervený kábel zariadenia pre diabetikov.
- Po rozpoznaní kábla počkajte niekoľko sekúnd, kým sa pred pripojením zariadenia rozpoznajú ovládače kábla.

PRIPOJENIE ZARIADENIA PRE DIABETIKOV KU KÁBLU

- Po pripojení kábla k počítaču ku káblu pripojte zariadenie pre diabetikov.

POZNÁMKA: Uistite sa, že používate kábel, ktorý bol dodaný so zariadením pre diabetikov. Ak potrebujete získať nový kábel, obráťte sa na výrobcu zariadenia pre diabetikov.

- Po pripojení zariadenia pre diabetikov k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný so zariadením, zariadenie začne nahrávať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.
- Ak sa zobrazí chyba, chybu odstráňte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa naďalej vyskytujú problémy, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Glooko a požiadajte o pomoc.



Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

8 Zobrazenie údajov o ochorení diabetes



Po nahraní údajov zo zariadenia pre diabetikov pomocou softvéru Glooko Uploader môžete údaje zobraziť na stránke https://my.glooko.com po prihlásení sa do účtu Glooko.

- **Pacienti**:
  Ďalšie informácie o webovej tabuli Dashboard v MyGlooko nájdete v dokumente
  Glooko na osobné použitie – stručná príručka
  na adrese https://support.glooko.com

- **Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti**:
  Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Population Tracker, pozrite si dokument:
  Glooko pre kliniky – stručná príručka
  na adrese https://support.glooko.com

Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy

Nižšie sú uvedené pokyny, ako nahrať údaje o ochorení diabetes do systému Glooko pomocou aplikácie Glooko® Uploader. Ak nie sú pre zariadenie dostupné výslovné pokyny na nahrávanie, stačí ho pripojiť k PC/Mac pomocou konkrétneho USB kábla a nahrávanie prebehne automaticky.



Nezabudnite, že niektoré diabetické pomôcky nemusia byť dostupné na vašom trhu.

Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Spoločnosť Abbott obmedzila kompatibilitu na Švédsko a Nórsko.

POZNÁMKA: Počas procesu inštalácie softvéru Glooko Uploader nezabudnite vybrať, že používate systém FreeStyle Libre.Tým nainštalujete dodatočný systém FreeStyle Libre DataHub, ktorý je potrebný na tieto prenosy.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Zariadenie pripojte k počítaču.
2. Stlačte tlačidlo napájania na meracom zariadení.

Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Zariadenie pripojte k počítaču.
2. Stlačte tlačidlo napájania na meracom zariadení.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Zariadenie pripojte k počítaču.
2. Stlačte tlačidlo **M** na meracom zariadení.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

USB port na meracom zariadení

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Pripojte sa k počítaču a počkajte, kým sa spustí extrakcia.
2. Potom stlačte a podržte sivé tlačidlo na merači, kým sa extrakcia nedokončí.

Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303) (3.5 mm)

Pripojte a vyberte položku **PC Link** v hlavnej ponuke na meracom zariadení.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB (2,5 mm)

1. Zariadenie pripojte k počítaču.
2. Stlačte tlačidlo **S** na meracom zariadení.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB (2,5 mm)

Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Ak sa na meracom zariadení zobrazí: **E-3**, odpojte ho, počkajte, kým sa displej nevypne, a potom znova pripojte meracie zariadenie.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Meracie zariadenie pripojte a umiestnite do dokovacej stanice.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Zariadenie pripojte k počítaču.
2. Nahrávanie by sa malo spustiť do 20 sekúnd od pripojenia kábla. V opačnom prípade prejdite do hlavnej ponuky na meracom zariadení. Prejdite do položky **Moje údaje > PC analýza > Prenos údajov** a znova pripojte meracie zariadenie k USB káblu.
   (Nedržte stlačené dve tlačidlá so šípkami.)

Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

ReliOn

Platinum

Micro USB

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice

USB (2.5 mm)

Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Sanofi

BGStar

Sanofi USB

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289

Micro USB

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Ypsomed

Mylife Aveo

Micro USB

Glukomery – s infračerveným pripojením

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 alebo Accu-Chek 360°

1. Infračervený kábel pripojte k počítaču.
2. Keď je meracie zariadenie vypnuté, aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním dvoch tlačidiel so šípkami, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 alebo Accu-Chek 360°

1. Infračervený kábel pripojte k počítaču.
2. Aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním tlačidiel **S** a **M** pod displejom, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 alebo Accu-Chek 360°

1. Infračervený kábel pripojte k počítaču.
2. V hlavnej ponuke prejdite do položky **Moje údaje** a vyberte položku **Prenos údajov**.

CGM – pripojené pomocou USB kábla

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Ak sa nahrávanie nespustí, odpojte prijímač a výberom položky Vypnúť v ponuke vypnite prijímač. Prijímač znova zapnite a pripojte ho k počítaču.

Meracie zariadenia a inzulínové pumpy – s pripojením NFC

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Pripojte NFC podložku dodanú spoločnosťou Terumo k vášmu počítaču.
2. Umiestnite meracie zariadenie na vrch NFC podložky.

Nezabudnite, že symbol prenosu na zadnej strane meracieho zariadenia musí byť zarovno so symbolom NFC na NFC podložke.

Medisafe WITH

1. Pripojte NFC podložku dodanú spoločnosťou Terumo k svomu počítaču.
2. Overte, či sa hlavná ponuka zobrazuje na diaľkovom ovládaní pumpy.
3. Umiestnite diaľkové ovládanie na vrchu NFC podložky.

Nezabudnite, že symbol prenosu na zadnej strane diaľkového ovládania musí byť zarovno so symbolom NFC na NFC podložke.

Inzulínové pumpy – s infračerveným pripojením

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li alebo Li2
Poznámka! Ak používate Windows 8 alebo 10, bude potrebné použiť kábel ACTiSYS Li2.

1. Pozastavte pumpu. (HLAVNÁ PONUKA, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Pozastaviť** sa zvýrazní).
2. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pumpu umiestnite zadnou stranou k IR káblu na bezdrôtové sťahovanie Actisys.
4. Po dokončení prenosu:
   Obnovte činnosť pumpy (HLAVNÁ PONUKA, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Obnoviť** sa zvýrazní). Stlačte tlačidlo **OK**.

Kompatibilné infračervené káble

Kábel ACTiSYS – Li

Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: –

Kábel ACTiSYS – Li2

Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: 8, 10

Kábel Accu-Chek – 360° (Realtyme)

Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: 8, 10

Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: 8, 10

Chýba vám kábel?
Obráťte sa na výrobcu vášho konkrétneho zariadenia pre diabetikov.

Inzulínové pumpy – pripojené pomocou USB kábla

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Pripojte a stlačte tlačidlo napájania na PDM.
2. Odomknite PDM a ťuknite na položku „Exportovať“ na obrazovke.

Medtronic

630G
640G
670G

USB port na meracom zariadení

1. Zapojte merač 2.4 Contour Next Link 2.4 do jedného z USB portov vášho počítača.
2. Podľa pokynov na obrazovke vášho Glooko Uploader nahrajte údaje z čerpadla Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Otvorte Hlavnú ponuku ručnej jednotky pre čerpadlo.
2. V Hlavnej ponuke vyberte možnosť USB.
3. Pomocou micro USB kábla pripojte ručnú jednotku k počítaču.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Prejdite do žltej ponuky a vyberte nahrávanie údajov.

Inzulínové pumpy – pripojené pomocou infračervených káblov

Kompatibilné infračervené káble

Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix

Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Poznámka! Mobilný telefón pumpy pripojte pomocou micro USB kábla k zariadeniu Smart Pix 2.

1. Kábel Smart Pix 2 pripojte k počítaču a počkajte, kým modrý indikátor na Smart Pix 2 nezačne pomaly blikať.
2. Mobilný telefón pripojte k Smart Pix 2 pomocou micro USB kábla.
3. V ponuke mobilného telefónu vyberte položku **Pripojiť k počítaču** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Uistite sa, že pumpa je v dosahu mobilného telefónu.
5. Modrý indikátor na Smart Pix 2 svieti, kým sa údaje prenášajú zo zariadenia do Smart Pix 2.
6. Modrý indikátor zhasne a Smart Pix 2 aj samotné zariadenie vydajú zvukový signál, ktorý informuje o tom, že údaje sa prenášajú zo Smart Pix 2 do softvéru Glooko Uploader. Smart Pix 2 ešte neodpájajte!
7. Počkajte, kým softvér Glooko Uploader nepotvrdí, že nahrávanie bolo úspešné.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix alebo Smart Pix 2
Poznámka! Pri používaní zariadenia Smart Pix sa vyžaduje verzia softvéru Smart Pix 3.02 alebo vyššia.

1. Pripojte zariadenie Smart Pix k počítaču a počkajte, až kým nezačne pomaly blikať modrý indikátor na zariadení Smart Pix.
2. Prepnite pumpu do režimu **prenosu údajov** (zastavte pumpu a vstúpte do ponuky **prenosu údajov**).
3. Umiestnite pumpu IČ okom smerom k zariadeniu Smart Pix. Modrý indikátor signalizuje, že sa údaje prenášajú do zariadenia Smart Pix.
4. Počkajte, až kým modrý indikátor nezačne opäť pomaly blikať alebo prestane blikať úplne.
5. Údaje sa teraz prenášajú zo zariadenia Smart Pix do nástroja Glooko Uploader. Zariadenie Smart Pix ešte neodpájajte!
6. Počkajte, až kým nástroj Glooko Uploader nebude signalizovať, že nahrávanie bolo úspešné.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER