GEBRUIKSAANWIJZING

GLOOKO® VOOR KLINIEKEN

Uitgiftedatum: 10-2026 | Versie IFU-0054-nl 12

Inhoud

Beoogd gebruik 3
Beoogde gebruikers 3
Contra-indicaties 3
Klinische voordelen 3
Waarschuwingen 3

1. Beginnen met Glooko® 4

1.1. Prestatiekenmerken 4

1.2. Compatibiliteit 4

Besturingssystemen 4
Apparaatcompatibiliteit 5
IT en beveiliging 5

1.3. Uw uploadprogramma in de kliniek identificeren 5

1.4. Diabetesgegevens van patiënten uploaden en bekijken 6

Stap 1: Een diabetesapparaat verbinden en uploaden 7
Stap 2: Apparaatgegevens aan een patiënt toewijzen 8
Stap 3: Krijg een overzicht van uw patiëntenpopulatie met het Clinic Dashboard* 10
Step 4: Diabetesgegevens van een patiënt bekijken 13

2. Overzicht Population Tracker 17

2.1. Patiëntenaccounts aanmaken 17

2.2. ProConnect patiënten 18

2.3. Patiënten taggen 18

2.4. Patiënten filteren en segmenteren 19

2.5 Uitnodiging sturen vanuit de patiëntenlijst 20

2.6. Instellingen zorgverlener beheren 21

Mijn profiel 21
Account 21
Kliniekprofiel 21
Gegevensinstellingen 22
Terminalinstellingen 24
Favoriete PDF-instellingen 24

2.7. Patiëntinstellingen beheren 25

Profiel 25
Account 26
Gegevensinstellingen 26
Apparaten 27
Accountbeheer 29

3. Overzicht Rapporten 30
3.1. Beschikbare rapporten 30
3.2. Rapporten aanmaken 31
4. Ondersteuning 32
Bijlage 1: Aanvullende functies 33
A.1. Patiëntenlijst verbergen 33
A.2. Belangrijkste statistische gegevens kopiëren* 33
A.3. Glooko Clinical Research* 34
Deelnemer-ID 35
Patiënt deactiveren 35
Research Uploader 36
A.4. 2-staps-verificatie 36
A.5. Eenmalige aanmelding 37
A.6. Zorgprogramma's 38
A.7. Zwangerschapspakket 38
A.8. Patiëntcohorten aanmaken 39
Bijlage 2: Apparaatspecifieke functies 41
B.1. Basal-IQ 41
B.2. Control-IQ 41
B.3. Omnipod® 5-systeem* 42
B.4. CamAPS FX* 43

Beoogd gebruik

Glooko Web Application is een platform voor diabetesbeheer dat in de kliniek of op afstand door zorgprofessionals en patiënten kan worden gebruikt. Met dit systeem kunnen patiëntgegevens worden bekeken vanaf compatibele medische apparaten en andere apparaten voor gezondheidsbewaking. Ook kunnen zorgprofessionals hiermee de behandeling van diabetes ondersteunen door de diabetesbehandeling en het zorgprogramma van een patiënt te analyseren en te bewaken. Glooko Mobile is bedoeld voor gebruik door personen met diabetes.

Beoogde gebruikers

Glooko Web is bedoeld voor gebruik door zorgverleners en hun patiënten. De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit personen met diabetes.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Klinische voordelen

Patiënten die het Glooko System gebruiken, kunnen gebruikmaken van de volgende klinische voordelen:

- verbetering van de glycemische controle
- verbeterde A1C
- aanhoudende verbeteringen met betrekking tot glycemie

Waarschuwingen

Glooko kan geen waarden meten of interpreteren en neemt geen beslissingen over de gegevens die het overdraagt en het is evenmin bedoeld om automatische behandelbeslissingen te nemen of als vervanging van een deskundig oordeel. Elke medische diagnose en behandeling moet worden gesteld, respectievelijk uitgevoerd onder toezicht en controle van een daarvoor geschikte medische zorgverlener.

1. Beginnen met Glooko®

Glooko is een geïntegreerd platform voor diabetesbeheer dat glucose- en andere relevante gezondheidsgegevens van populaire bloedglucose- (BG) meters, insulinepompen en smartpennen, continue glucosemonitors (CGM's) en gezondheids- en fitnessapparaten naadloos synchroniseert. Glooko's oplossing biedt belangrijk inzicht in de correlaties tussen de glucosetrends van patiënten en hun inname van koolhydraten, insulinedosis, lichaamsbeweging en andere biometrische factoren die bijdragen tot de mogelijkheid voor het zorgteam om beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen die de algehele kwaliteit van de diabeteszorg verbeteren. Door problemen uit te lichten, helpt Glooko zorgverleners hun gehele diabetespopulatie tijdens en tussen afspraken effectiever en optimaler te behandelen.

OPMERKING: Sommige schermen wisselen afhankelijk van extra functies die aan uw abonnement zijn toegevoegd. Raadpleeg Bijlage 1: Aanvullende functies voor meer informatie.

1.1. Prestatiekenmerken

De Glooko Web Application heeft een minimale bedrijfstijd van 99%.

1.2. Compatibiliteit

Besturingssystemen

Voor elk besturingssysteem en elke webbrowser hieronder ondersteunt Glooko zowel de nieuwste versie als de versie die eraan voorafgaat (vanaf de uitgavedatum van dit document).

Besturingssystemen voor computers:

- macOS
- Windows

Webbrowsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Firefox
- Safari

Wij raden u aan Google Chrome te gebruiken om de beste resultaten te verkrijgen.

Apparaatcompatibiliteit

Om de compatibiliteit van het diabetesapparaat van de patiënt vast te stellen, raadpleegt u de pagina Compatibiliteit met Glooko.
Het complete Glooko System bestaat uit de volgende Glooko-producten:

- Glooko Web Application (REF-0001)
- Glooko Mobile Application (REF-0002)
- Glooko Research Application (REF-0009)

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land.*

IT en beveiliging

Glooko heeft een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor professionele gebruikers die zich willen aanmelden bij hun account. Deel uw gebruikersnaam of wachtwoord niet met anderen. Het wordt aanbevolen om een 2-staps verificatie te activeren (zie gedeelte A.8).

1.3. Uw uploadprogramma in de kliniek identificeren

Het proces voor uploaden van diabetesgegevens van patiënten wisselt afhankelijk van het uploadprogramma dat wordt gebruikt in uw kliniek. Raadpleeg de toepasselijke gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies over het gebruik van elk programma om gegevens te uploaden:

- Glooko Transmitter
- Glooko Uploader

1.4. Diabetesgegevens van patiënten uploaden en bekijken

Nadat u kennis hebt genomen van de compatibiliteit van het diabetesapparaat en van het uploadprogramma van uw kliniek, volgt u de stappen hieronder om te beginnen met het uploaden van diabetesgegevens van patiënten naar Glooko:

LET OP: Als het diabetesapparaat de verkeerde tijd of verkeerde datum heeft, kan dat problemen geven wanneer wordt geprobeerd met Glooko te synchroniseren. Als u voor het eerst patiëntgegevens bekijkt in de Glooko Web App, controleer dan of de tijdstempels van de gegevens in de app overeenkomen met de tijdstempels op het diabetesapparaat van uw patiënt. Op het tabblad **Apparaten** in het account van uw patiënt kunt u bevestigen dat er geen waarschuwing voor tijdsverschil (klokpictogram) is voor geüploade apparaten.



Stap 1: Een diabetesapparaat verbinden en uploaden

Verbind het diabetesapparaat van een patiënt met het uploadprogramma van uw kliniek en start het uploadproces volgens de stappen die in de toepasselijke gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Nadat de gegevens van het diabetesapparaat zijn geüpload, gaat u in uw webbrowser naar my.glooko.com en meld u zich aan bij de Population Tracker om de geüploade gegevens toe te wijzen of te bekijken.



OPMERKING: Als Eenmalige aanmelding (single sign-on, SSO) voor uw kliniek is ingeschakeld, klikt u op **Aanmelden met SSO**, waarna u het e-mailadres van uw account invoert en de prompts op het scherm volgt.
Zorgprofessionals die verbonden zijn met verschillende klinieken kunnen zich met dezelfde gegevens aanmelden en na het inloggen de gewenste kliniek kiezen. De optie om van kliniek te veranderen bevindt zich in een vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek waar de ProConnect-code wordt weergegeven.

Stap 2: Apparaatgegevens aan een patiënt toewijzen

OPMERKING: Deze stap geldt alleen voor gebruikers van Glooko® Transmitter en Uploader. Alle andere gebruikers kunnen verdergaan met Stap 3.

Apparaten toewijzen

Klik op het tabblad **Apparaten toewijzen** om een lijst te zien met alle apparaten die de afgelopen 24 uur zijn geüpload. Hier hebt u de optie om te filteren op **Terminal** (serienummer) of **Apparaattype** (CGM, Meter of Pomp).

Glooko probeert de geüploade apparaten te matchen met een patiënt op basis van het serienummer van het apparaat.

- **Als een match wordt gevonden,** kunt u kiezen tussen **Toewijzen aan [Naam patiënt]** of **Toewijzen aan andere patiënt**.
    - Nadat u hebt geklikt op **Toewijzen aan andere patiënt**, wordt u gevraagd een bestaand patiëntenaccount te zoeken of een nieuw patiëntenaccount aan te maken.
- **Als geen match wordt gevonden,** wordt het apparaat gemarkeerd als een **Nieuw apparaat** en hebt u de optie **Toewijzen**.
    - Nadat u hebt geklikt op **Toewijzen**, wordt u gevraagd een bestaand patiëntenaccount te zoeken of een nieuw patiëntaccount aan te maken.

Nadat een apparaat is toegewezen, wordt het verplaatst van Toe te wijzen naar Onlangs toegewezen. U kunt kiezen tussen het patiëntenaccount bekijken, **Rapport aanmaken** of **Toewijzing ongedaan maken**.



OPMERKING:
om fouten en inconsistenties in de gegevens te voorkomen, blokkeert Glooko nu de gelijktijdige toewijzing van meerdere apparaten voor dezelfde patiënt. Als er al een apparaattoewijzing wordt uitgevoerd, worden alle toewijzingsopties voor die patiënt tijdelijk uitgeschakeld totdat de huidige toewijzing is voltooid of geannuleerd.

Toewijzing apparaten ongedaan maken

Als u een apparaat per ongeluk verkeerd toewijst en de toewijzing in een patiëntaccount ongedaan moet maken, klikt u op **Toewijzing ongedaan maken** naast het apparaat in het vak Onlangs toegewezen. Het apparaat wordt van Onlangs toegewezen verplaatst naar Toe te wijzen, en alle gegevens in die upload worden uit het patiëntaccount verwijderd. U hebt dan de optie om het apparaat aan een andere patiënt toe te wijzen.

OPMERKING: Klik op **Lijst vernieuwen** om de lijst met toegewezen en niet langer toegewezen apparaten bij te werken.

Stap 3: Krijg een overzicht van uw patiëntenpopulatie met het Clinic Dashboard*

Het Clinic Dashboard geeft zorgverleners een gecentraliseerd overzicht van de patiëntenpopulatie in hun kliniek. Hierop worden gegevens van de afgelopen 14 dagen weergegeven en het wordt dagelijks bijgewerkt.



Het dashboard is beschikbaar als een tabblad in de Population Tracker en bestaat uit drie hoofdgedeeltes:

1. Overzicht:

In dit gedeelte worden de belangrijkste gegevens weergegeven die de huidige status van de patiëntenpopulatie van de kliniek samenvatten:

- **Patiënten in totaal:** Het totale aantal patiënten in de Population Tracker, inclusief de procentuele verandering in de afgelopen 14 dagen.
- **Patiënten die bloedglucose bewaken:** Aantal patiënten dat CGM- of BGM-apparaten gebruikt, met weergave van de procentuele verandering in de afgelopen 14 dagen. Alleen patiënten met ten minste één gegevensinvoer in het afgelopen jaar worden opgenomen.
- **Geactiveerde patiëntaccounts:** Het totale aantal patiënten dat zijn/haar account heeft geactiveerd.

2. Patiëntrisicostratificatie CGM

In dit gedeelte wordt een samenvatting weergegeven van de top 10 patiënten, gerangschikt naar klinisch risico, gebaseerd op CGM-gegevens. Deze patiënten zijn ingedeeld in risicogroepen om de prioriteit van de zorg te bepalen. Met de optie 'Alles bekijken' hebben gebruikers toegang tot de volledige patiëntenlijst.

Elke patiëntinvoer toont:

- Naam patiënt
- Gedragen tijd (% van de tijd dat CGM is gedragen)
- Gemiddelde BG (mmol/L)
- Tijd binnen bereik (TIR %)
- TIR-trend (verandering van TIR ten opzichte van de vorige periode van 2 weken)
- Tijd onder bereik:
    - Onder 3,9 mmol/L
    - Onder 3,0 mmol/L
- Tijd boven bereik:
    - Boven 10,0 mmol/L
    - Boven 13,9 mmol/L

Patiënten worden gegroepeerd en geprioriteerd op basis van de volgende risicocategorieën:

1. **Hoge extreem lage waarden:** > 1% tijd onder 3,0 mmol/L (CGM gedragen > 50%)
2. **Hoge lage waarden:** > 4% tijd onder 3,9 mmol/L (CGM gedragen > 50%)
3. **Zeer hoog:** > 5% tijd boven 13,9 mmol/L (CGM gedragen > 50%)
4. **Sterke daling van TBB:** TBB daalde met > 15% ten opzichte van de voorgaande 2 weken
5. **Hoog:** > 25% tijd boven 10,0 mmol/L (CGM gedragen > 50%)
6. **Lage TBB:** TBB < 65%
7. **Ontbrekende/onvoldoende gegevens:** CGM gedragen < 50%
8. **Geen waarschuwingen:** De patiënt voldoet niet aan een van de bovenstaande risicocriteria

3. Engagement

Dit gedeelte helpt de interactie van de patiënt met het Glooko-platform te volgen.

Status patiëntaccount:

- Geeft aan hoeveel patiënten tot de volgende categorieën horen:
    - Geactiveerd
    - Uitnodiging in behandeling
    - Nooit uitgenodigd
    - Mogelijk dubbel
- U kunt op elke status klikken om de patiëntenlijst te filteren.

Synchronisatiemethoden (Afgelopen 90 dagen):

- Toont een lijndiagram van de manier waarop patiënten gegevens hebben gesynchroniseerd met behulp van:
    - Cloud
    - Mobiel
    - Transmitter
    - Uploader (kliniek)
    - Uploader (patiënt)

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land.*

Step 4: Diabetesgegevens van een patiënt bekijken

Patiënten bekijken

Op de patiëntenlijst wordt een lijst met alle patiënten weergegeven die met uw kliniek zijn ProConnected (verbonden via de unieke ProConnect-code van uw kliniek). Op die manier kunt u uw patiëntenpopulatie in één oogopslag zien.

Om specifieke deelnemers te vinden, selecteert u **Naam**, **MRN** of **Geboortedatum** in het vervolgkeuzemenu bovenaan de pagina en voert u uw zoekcriteria in het zoekveld in. U kunt ook op **Alle filters** klikken om uw resultaten te filteren op tags of andere kenmerken, of patiënten sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken.

In de kolom **Laatste synchronisatie** wordt een huispictogram weergegeven voor patiënten die het laatst thuis zijn gesynchroniseerd en een kliniek-pictogram voor patiënten die het laatst in de kliniek zijn gesynchroniseerd. Het toont ook het aantal dagen sinds de laatste synchronisatie en de naam van het gesynchroniseerde apparaat.

De kolom **Tijd binnen bereik** toont het percentage tijd dat de patiënten binnen hun streefbereik zijn. Als u met de muis over het percentage gaat, worden aanvullende gegevens weergegeven, zoals het datumbereik, de gemiddelde dagelijkse meetwaarden en het streefbereik.

De Population Tracker biedt filter- en traceringsopties, zoals het vermogen om aangepaste tags te creëren en patiënten in de patiëntenlijst een uitnodiging te sturen.



Dubbele accounts

Als beheerder van uw kliniek kunt u dubbele accounts identificeren en verwijderen. Volg de onderstaande stappen om mogelijke dubbele accounts te identificeren en te verwijderen.



1. Klik op de knop **Dubbele Accounts** op het tabblad **Patiënten bekijken**.
2. Er verschijnt een lijst met mogelijke dubbele accounts. Klik op **Herstellen** om verder te beoordelen.
3. Bekijk de mogelijke dubbele accounts en hun identificeerbare gegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en in het verleden gesynchroniseerde apparaten. Kies aan de rechterkant om het account te **Houden** of te **Verwijderen**.
4. U kunt ook de volgende patiëntgegevens **Bewerken**: voor- en achternaam, geboortedatum en medisch dossiernummer.
5. Wanneer u klaar bent met het bewerken en beoordelen van de accounts, klikt u op **Wijzigingen bekijken**.
6. Er wordt een samenvatting van de wijzigingen weergegeven. Vink het vakje aan om te bevestigen dat u begrijpt dat deze wijzigingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt en klik vervolgens op **Opslaan**.
7. De gemarkeerde dubbele accounts worden nu verwijderd.
8. Ga door met het beoordelen van andere potentiële dubbele accounts of klik op de knop **Dubbele Accounts X** om terug te keren naar de standaardweergave **Patiënten bekijken**.

LET OP:

- Het wordt aanbevolen om ten minste één patiëntaccount per unieke gebruiker te behouden.
- Als een patiëntenaccount de status **Niet geactiveerd** heeft en u ervoor kiest dit account te verwijderen, wordt deze permanent verwijderd.
- Als een patiëntenaccount de status **Geactiveerd** heeft, wordt de patiënt via e-mail geïnformeerd dat zijn of haar account niet langer via ProConnect is verbonden met uw kliniek. De patiënt behoudt toegang tot zijn of haar Glooko-account en persoonlijke gegevens. De toegang tot applicaties van derden die door de kliniek worden ingeschakeld, zal echter verloren gaan.

Patiëntenoverzicht

Klik op een patiënt om naar Patiëntenoverzicht te gaan, waar u een momentopname ziet van de diabetesgegevens van de patiënt. Bekijk aanvullende gegevens door op de navigatiebalk bovenaan op de verschillende tabbladen te klikken – en PDF-rapporten te genereren om die gegevens af te drukken, te delen of op te slaan. Op alle patiëntpagina's worden de geboortedatum en het medisch dossiernummer (MRN, Medical Record Number) weergegeven onder de naam van de patiënt, zodat u zeker weet dat u de juiste patiënt bekijkt.

LET OP: Als de patiënt een cloudverbinding heeft met Senseonics Eversense of Medtrum, moet u mogelijk naar de pagina **Apparaten** gaan en op de knop **Apparaat synchroniseren** klikken om de meest recente gegevens te kunnen zien. Gegevens van deze cloudverbindingen worden elke nacht automatisch gesynchroniseerd. Als u echter gegevens van de huidige dag wilt zien, moet u op de knop klikken om deze gegevens op te halen.

Klik links bovenin het scherm op **Profiel** om de Patiëntinstellingen te bekijken en te beheren.



Insuline-informatie:

De insulinepompgegevens en Smart Pen-gegevens worden weergegeven als **Insuline - apparaat** en met de hand ingevoerde insulinegegevens worden weergegeven als **Insuline - handmatig**. Als een patiënt een pomp heeft met geavanceerde technologie om de pomp automatisch te stoppen en/of automatisch insuline toe te dienen, geeft de overzichtspagina onder Insuline een extra informatiekaart weer met de titel **Systeemgegevens**. Raadpleeg Bijlage 2: Apparaatspecifieke functies voor meer informatie.

Prime-detectie*

Algemene informatie (van toepassing op de meeste compatibele Smart Pens en penaccessoires met insuline)

Insulinepengegevens van Smart Pens die door het prime-dosis-algoritme van Glooko als een prime-dosis zijn gedetecteerd, zullen in het geschiedenislogboek als primed worden aangeduid. Het prime-detectie-algoritme van Glooko detecteert prime-doses van twee eenheden of minder binnen zes minuten vóór de volgende insuline-injectie.

Informatie over Novo Nordisk Mallya/Mallya®[D]

Deze apparaten detecteren primaire doses en rapporteren deze direct aan Glooko. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat en de pen voor gedetailleerde informatie over hoe elk apparaat primaire doses identificeert en rapporteert.

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land. Momenteel niet beschikbaar in de Verenigde Staten.*

2. Overzicht Population Tracker

De beschikbaarheid van onderstaande functies hangt af van uw abonnementsmodel en regio. Neem voor aanvullende informatie over de hier beschreven functies rechtstreeks contact op met uw Glooko-accountvertegenwoordiger of stuur ons een e-mail.

2.1. Patiëntenaccounts aanmaken

As de patiënt nieuw is in uw kliniek, hebt u de optie om een nieuw patiëntenaccount aan te maken vanuit de patiëntenlijst.

Een patiëntenaccount aanmaken:

1. Klik rechtsboven in het scherm op **Patiëntenaccount aanmaken**.
2. Voer de volgende informatie in:
   - Voornaam
   - Achternaam
   - Geboortedatum
   - E-mailadres*
   - Postcode
   - Medisch dossiernummer (optioneel, maar kan vereist zijn voor uw specifieke kliniek)
   - Telefoonnummer*
   - Type diabetes (optioneel)
   - Geslacht (optioneel)
   - Care Program (optioneel)

   ***OPMERKING:** Het e-mailadres en telefoonnummer hoeven niet te worden ingevuld, zelfs als dit verplichte velden zijn. Als u deze velden wilt overslaan, schakelt u het selectievakje Weigeren in onder het veld Waar en selecteert u de reden waarom deze informatie niet wordt verstrekt. Als u buiten de VS een account aanmaakt, moet u bevestigen dat de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens.

3. Klik op **Aanmaken**.
   - De patiënt krijgt een e-mail met een link om een wachtwoord in te stellen voor het nieuwe account.



2.2. ProConnect patiënten

De unieke ProConnect-code van uw kliniek staat rechtsboven in het startscherm van uw Population Tracker. Om te zorgen dat de patiënten hun diabetesgegevens met uw kliniek kunnen delen, moet uw kliniek de unieke code aan patiënten doorgeven, zodat zij deze aan hun Glooko-patiëntenaccounts kunnen toevoegen.



2.3. Patiënten taggen

Klik in de patiëntenlijst of bovenaan een patiëntenpagina op het **plussymbool (+)** om een aangepaste tag te creëren, een bestaande aangepaste tag toe te voegen of een zorgverlenertag toe te voegen. Als een zorgverlenertag is aangebracht, kunt u de muis boven de tag houden om de voor- en achternaam van de zorgverlener te zien.

Aan elk patiëntenaccount kunnen meerdere zorgverlenertags worden toegevoegd. U kunt ook uw eigen aangepaste tags aanmaken en patiënten filteren op deze tags en andere kenmerken. U doet dit door te klikken op de knop **Alle filters** die zich linksboven in de patiëntenlijst bevindt.

2.4. Patiënten filteren en segmenteren

Onder **Patiënten bekijken** vindt u een uitgebreid filterpaneel in de Population Tracker, dat nog beter aansluit bij uw behoeften en werkprocessen.



- **Snelle filters:** Gebruik vooraf gedefinieerde snelfilters bovenaan de lijst om direct segmenten met hoge prioriteit te bekijken, zoals **cohorten***, **labels** en **dubbele accounts***.

- ‘Alle filters’-knop:
  - **Cohorten*:**Filter op uw opgeslagen cohorten.
  - **Risico-status:**
    - **Glucoserisico-categorieën:** Filter op de vooraf gedefinieerde risicocategorieën (bijv. *hoge extreme hypo's* en *grote daling van tijd binnen bereik, enz.*). Beweeg de muisaanwijzer over de categorie om de specifieke definities en drempelwaarden te bekijken.
  - **Tags:** Filter op tags die eerder door uw kliniek zijn gemaakt.
  - **Accountbeheer:**
    - **Status Glooko-patiëntaccount:** Filter op *Geactiveerd*, *Uitnodiging in behandeling* of *Niet uitgenodigd.*
    - **Account aanmaken:** Filter op een geselecteerd tijdsbestek (bijvoorbeeld *Elk moment* of de afgelopen 7–180 dagen).
    - **Opruimen:** Filteren op *dubbele accounts** of *geen EHR-link**
  - **Apparaten:**Filter op *laatste synchronisatie* en *apparaatcategorie*.
  - **Zorgbeheer:**Filteren op *zorgverlener* en *zorgprogramma's* (indien van toepassing).
  - **Demografische gegevens:**Filter op *diabetestype* en *leeftijd*.

  Nadat u uw gewenste criteria onder **Alle filters** hebt geselecteerd, klikt u op **Toepassen**. De patiëntenlijst wordt vernieuwd, zodat alleen de patiënten worden weergegeven die aan de geselecteerde criteria voldoen.

* LET OP:

- Het filter ***Cohorten*** is alleen zichtbaar als u deze functie aan uw abonnement hebt toegevoegd. Lees meer over cohorten in A.8. Maak patiëntcohorten aan (toevoegfunctie).

- *Dubbele accounts* zijn alleen zichtbaar als u een beheerder bent in uw kliniek.
- *Geen EHR-link* is alleen zichtbaar als uw kliniek een actieve EHR-integratie heeft.
- Toegepaste filters blijven niet aanwezig na het uitloggen.

2.5 Uitnodiging sturen vanuit de patiëntenlijst

Als een account niet is geactiveerd, kunt u **een uitnodiging sturen**, waardoor via e-mail een activeringsverzoek aan de patiënt wordt verstuurd om een persoonlijk Glooko-account aan te maken. Als een activeringsverzoek naar de patiënt is verstuurd, kunt u de **Uitnodiging opnieuw versturen** en/of het bestaande e-mailadres wijzigen.

2.6. Instellingen zorgverlener beheren

Open Instellingen zorgverlener door **Instellingen** te selecteren in het vervolgkeuzemenu rechtsboven in het startscherm van de Population Tracker. U hebt de optie om uw Profiel en Accountinformatie bij te werken, uw Kliniekprofiel te bekijken en uw Gegevensinstellingen en Terminalinstellingen te beheren.



Mijn profiel

In Instellingen > Mijn profiel kunt u uw professionele aanduiding, voornaam en achternaam bewerken. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.

Account

In Instellingen > Account kunt u het e-mailadres, het wachtwoord en de standaardtaalinstelling voor uw account bijwerken.

Kliniekprofiel

In Instellingen > Kliniekprofiel kunt u de kliniek, de groep, de ProConnect-code en de contactgegevens van de kliniek bekijken.

Gegevensinstellingen

In Instellingen > Gegevensinstellingen, kunt u de weergave van patiëntengegevens op populatieniveau aanpassen, inclusief meeteenheid, pompinstellingen BG-invoer, Standaard BG-streefbereik voor kliniek en populatievlagparameters. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.



De volgende instellingen worden weergegeven:

- **Meeteenheid:** Dit kan worden ingesteld op **mg/dl** of **mmol/l**. Voor gebruikers in Canada is deze instelling vergrendeld op mmol/l en kan niet worden omgeschakeld naar mg/dl.

  OPMERKING: Door deze instelling te wijzigen, wordt de weergave van eenheden door uw Population Tracker voor BG-vlaggen bijgewerkt, maar de gegevens van het apparaat van de patiënt worden niet bijgewerkt.

- **Pompinstellingen BG-invoer:** Dit kan worden ingesteld op **Ja** of **Nee** om handmatig in een insulinepomp ingevoerde BG-waarden op te nemen in of uit te sluiten van de grafieken en statistische gegevens voor uw gehele patiëntenpopulatie. Standaard worden deze waarden opgenomen.

  OPMERKING: U kunt dit ook op patiëntenniveau wijzigen in Patiëntinstellingen > Gegevensinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.

- **Standaard BG-streefbereik voor kliniek:** Hierdoor kan de beheerder van uw kliniek het BG-streefbereik voor alle nieuwe patiëntenaccounts wijzigen, inclusief de ondergrens, bovenlimiet vóór de maaltijd en bovenlimiet na de maaltijd.
  LET OP: De BG-streefbereiken kunnen ook individueel worden gewijzigd in **Patiëntinstellingen** > Gegevensinstellingen. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau. Als u het standaard BG-streefbereik van de kliniek aan al uw patiënten wilt toewijzen, klikt u op **Alle BG-streefbereiken opnieuw instellen**.

Terminalinstellingen

In Instellingen > Terminalinstellingen kan de naam of namen van uw geïnstalleerde Glooko® Transmitter(s) en Uploader(s) wijzigen en bekijken welke uploadprogramma's aan uw account zijn gekoppeld. Alle wijzigingen worden weergegeven op het tabblad Apparaten toewijzen van uw Population Tracker.

Als uw account Glooko® Transmitters heeft, worden het serienummer, de datum van de laatste signaalcontrole, signaalsterkte, signaalkwaliteit en de naam weergegeven. Als uw account Glooko® Uploaders heeft, worden het serienummer en de naam weergegeven.

De namen van Glooko® Transmitters en Uploaders kunnen worden gewijzigd door te klikken in het veld **Naam** van het programma dat u wilt wijzigen en een nieuwe naam in te voeren. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.

Favoriete PDF-instellingen

In Instellingen > Favoriete PDF-instellingen kunt u nieuwe favoriete profielen bekijken, wijzigen of toevoegen. Favorieten worden toegevoegd op populatieniveau en verschijnen in het vervolgkeuzemenu Geprefereerde PDF-instelling wanneer een PDF-rapport wordt gegenereerd vanuit een patiëntenaccount.

Ga als volgt te werk om een nieuwe favoriet toe te voegen: klik op **+ Nieuwe favoriet**, voer de naam van het favoriete profiel in (klik op **OK**), selecteer een tijdsbereik, selecteer welke rapporten moeten worden opgenomen, kies een afdrukmodus en klik op **Opslaan**.



2.7. Patiëntinstellingen beheren

In Patiëntinstellingen kunt u de profielinformatie van een individuele patiënt bijwerken; account-e-mail bekijken of activeringsverzoeken versturen; gegevensinstellingen aanpassen; streefbereiken voor BG, vlagparameters en dagelijkse tijdsintervallen instellen; een Omnipod-systeem uploaden; en iGlucose-apparaten verbinden. Alle wijzigingen worden weergegeven in het Glooko-account van de patiënt.

De accountinstellingen van een patiënt bekijken of bijwerken:

1. Vind of zoek een patiënt in de patiëntenlijst.
2. Klik op de naam van de patiënt om te worden doorgestuurd naar het scherm **Patiëntenoverzicht**.
3. Klik op **Profiel** naast de naam van de patiënt.



Profiel

In Patiëntinstellingen > Profiel kunt de demografische informatie van een patiënt bekijken en wijzigen, inclusief naam, geslacht, type diabetes, geboortedatum, lengte, gewicht en medisch dossiernummer. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.



Account

In Patiëntinstellingen > Account kunt u de status van een patiëntenaccount bekijken en het opgegeven e-mailadres toevoegen, wijzigen of bekijken. Als een account niet is geactiveerd (Status: Niet geactiveerd) kunt u een **E-mailadres toevoegen**, waarna via e-mail een activeringsverzoek naar de patiënt wordt gestuurd om een persoonlijk Glooko-account aan te maken. Als een activeringsverzoek is verstuurd naar de patiënt (Status: Uitgenodigd), kunt u kiezen tussen **Uitnodiging opnieuw versturen** of **E-mail wijzigen**, wat een nieuw verzoek verstuurd. Nadat een account is geactiveerd door een patiënt (Status: Geactiveerd), heeft u niet langer de optie om het e-mailadres te wijzigen.



Gegevensinstellingen

In Patiëntinstellingen > Gegevensinstellingen kunt u de meeteenheid, pompinstellingen BG-invoer, BG-streefbereiken, vlaginstellingen en dagelijkse tijdsintervallen voor de patiënt wijzigen. Klik op **Opslaan** om eventuele veranderingen door te voeren.



De volgende instellingen worden weergegeven:

- **Meeteenheid:** Dit kan omgeschakeld worden naar **mg/dl** of **mmol/l.** Voor gebruikers in Canada is deze instelling vergrendeld op mmol/l en kan niet worden omgeschakeld naar mg/dl.

- **Pompinstellingen BG-invoer:** Dit kan worden ingesteld op **Ja** of **Nee** om handmatig in een insulinepomp ingevoerde BG-waarden op te nemen in of uit te sluiten van de grafieken en statistische gegevens van de patiënt. Deze waarden worden standaard opgenomen.

OPMERKING: U kunt de Pompinstellingen BG-invoer voor alle patiënten ook wijzigen op populatieniveau in Instellingen zorgverlener > **Gegevensinstellingen**. Instellingen op patiëntenniveau hebben altijd voorrang op instellingen op populatieniveau.

- **BG-streefbereiken:** Hiermee kunt u de BG-streefbereiken van een individuele patiënt wijzigen, inclusief de Onderlimiet, Bovenlimiet vóór de maaltijd en Bovenlimiet na de maaltijd. Om deze bereiken te bewerken, klikt u in het veld van de waarde die u wilt wijzigen en voert u de gewenste waarde in.

- **Dagelijkse tijdsintervallen:** Hiermee kunt u de tijdstippen van de dag instellen waarop de routines van de patiënt beginnen voor Ochtend, Middag, Avond en Nacht. Om de intervallen voor een patiënt bij te werken, klikt u op de **pijl 'omlaag' (⮟)** naast een tijdstip en selecteert u een nieuwe begintijd.

Apparaten

In **Patiëntinstellingen** > **Apparaten** kunt u gegevens uploaden van het Omnipod® System van een patiënt, een of meer iGlucose-apparaten van een patiënt verbinden of de LibreView-gegevens van een patiënt uploaden naar Glooko.



Omnipod® PDM uploaden

Gegevens uploaden van een Omnipod System:

1. Klik in Patiëntinstellingen > Apparaten op **Omnipod® PDM uploaden**.
2. Wanneer u wordt gevraagd te bevestigen of u door wilt gaan, klikt u op **Doorgaan**.
3. Selecteer **Omnipod® PDM-systeem** of **Omnipod DASH™-systeem** en klik vervolgens op **Volgende**.

   OPMERKING: Als u probeert om een Omnipod DASH™-systeem op een Mac-computer te synchroniseren, wordt u gevraagd de Glooko® Uploader te installeren om patiëntgegevens te synchroniseren als dit deel uitmaakt van uw abonnementmodel. Als de Glooko® Uploader niet bij uw abonnementmodel is inbegrepen, wordt u gevraagd een Windows-computer te gebruiken of contact op te nemen met help@glooko.com.

4. Volg de prompts op het scherm om het apparaat te verbinden en de gegevens te uploaden.

OPMERKING: Als de patiënt eerder een Omnipod-apparaat heeft gesynchroniseerd, heeft u ook de optie om Omnipod-gegevens te uploaden door rechtsboven in de meeste schermen binnen het account van de patiënt de optie **Omnipod® PDM uploaden** te selecteren.

iGlucose-apparaten verbinden

U kunt de iGlucose meter(s) van een patiënt verbinden met zijn of haar Glooko-account om gegevens van iGlucose in realtime te synchroniseren.

OPMERKING: Voordat u een iGlucose-meter met Glooko verbindt, moet de patiënt ten minste één waarde op zijn of haar meter hebben.

Een iGlucose-meter verbinden:

1. Klik in Patiëntinstellingen > Apparaten op **iGlucose-apparaten verbinden**.
2. Voer het serienummer en de laatste waarde van de iGlucose-meter van de patiënt in en klik vervolgens op **Volgende**.
3. Volg de prompts op het scherm om de meter te verbinden.

LibreView-gegevens uploaden*

Een csv-bestand van LibreView uploaden naar het Glooko-account van een patiënt:

1. Klik in **Patiëntinstellingen** > **Apparaten** op **LibreView-gegevens uploaden**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm om het csv-bestand te uploaden.
3. Controleer of de csv-gegevens zijn geüpload naar het juiste Glooko-account.
4. Klik op de knop **Gegevens bekijken** om naar **Apparaten toewijzen** te gaan, waar de gegevens aan de patiënt moeten worden toegewezen.

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land*.

Accountbeheer

Een patiëntaccount archiveren:

Schakel in Patiëntinstellingen > Accountbeheer de optie Patiëntaccount archiveren in. Nadat een patiëntaccount is gearchiveerd, wordt die patiënt niet langer in uw Patiëntenlijst weergegeven, maar verschijnt de patiënt nog wel in zoekresultaten.

Een patiëntenaccount verwijderen:

Druk in Patiëntinstellingen > Accountbeheer op de knop Account verwijderen. Zodra een patiëntenaccount is verwijderd, is het niet meer mogelijk voor uw kliniek om toegang te krijgen tot deze gegevens of ze te bekijken.



LET OP: alleen beheerders kunnen de accounts van patiënten archiveren en verwijderen.

3. Overzicht Rapporten

De diabetesgegevens van de patiënt worden samengevoegd in PDF-rapporten die gemakkelijk kunnen worden afgedrukt, gedeeld of opgeslagen. U kunt alle beschikbare gegevens opnemen of alleen de gegevens kiezen die u wilt weergeven.

Voor gedetailleerde informatie over de beschikbare rapporten en de interpretatie van de gegevens, bekijkt u de Referentiegids voor Glooko® rapporten.

3.1. Beschikbare rapporten

Beschikbare rapporten zijn:

- Samenvatting
- Logboek
- Overzicht
- Dagelijks overzicht
- Overlay
- Week overzicht
- Kalender
- Apparaten
- Inzicht

3.2. Rapporten aanmaken

Volg de volgende stappen om een PDf-rapport aan te maken:

1. Klik in de patiëntenlijst op de naam van de patiënt om te worden doorgestuurd naar het scherm **Patiëntenoverzicht**. Klik in de meeste schermen linksboven in het patiëntenaccount op **PDF-rapport aanmaken**.
2. Selecteer een datumbereik, welke rapporten opgenomen moeten worden en de gewenste afdrukmodus.

   OPMERKING: Om een rapportselectie op te slaan als een nieuw Favoriet profiel, zet u een **vinkje (✓)** in het vak **Selectie als Favoriet profiel opslaan**, waarna u een naam invoert voor het favoriete profiel en op **OK** klikt. U kunt rechtsboven in het venster ook een Favoriet profiel selecteren in het vervolgkeuzemenu Geprefereerde PDf-instelling. Om nieuwe Favoriete profielen te bekijken, te wijzigen of toe te voegen, klikt u op **Favorieten beheren** of gaat u naar Instellingen zorgverlener > Favoriete PDF-instellingen.

3. Als u na definitie van de rapportcriteria klaar bent om door te gaan, klikt u op **PDF aanmaken**.



4. Ondersteuning

We staan altijd klaar om te helpen als u vragen mocht hebben. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

- Webondersteuning: https://support.glooko.com
- E-mailondersteuning: help@glooko.com

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het apparaat heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de klantendienst van Glooko en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u en/of uw patiënt zijn gevestigd.

Als het Glooko System niet goed functioneert, dient u het gebruik van het product te staken en contact op te nemen met de klantendienst van Glooko. Voorbeelden van niet juist functioneren zijn een onjuiste toewijzing van apparaatgegevens aan een patiënt, onjuiste tijdgegevens van het apparaat en een onjuiste maateenheid.

CE 2862 MD EC REP REF REF-0001 REF REF-0002

Glooko Inc.
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Bijlage 1: Aanvullende functies

Onderstaande functies zijn verkrijgbaar als aanvullende opties bij uw Population Tracker-abonnement. Neem voor aanvullende informatie of als u wilt weten hoe u deze functies aan uw Population Tracker kunt toevoegen, rechtstreeks contact op met uw Glooko-accountvertegenwoordiger of stuur een ons een e-mail.

A.1. Patiëntenlijst verbergen

Met de functie Patiëntlijst verbergen kunnen professionele gebruikers de patiëntenlijst verbergen of zichtbaar maken met een knop. Als deze functie is ingeschakeld, zorgt dit ervoor dat een patiënt tijdens de afspraak van een arts de patiëntenlijst niet per ongeluk kan bekijken en de beschermde gezondheidsinformatie (PHI) van andere patiënten kan zien.



A.2. Belangrijkste statistische gegevens kopiëren*

Met de functie 'Belangrijkste statistische gegevens kopiëren' kunt u belangrijke patiënteninformatie van patiëntenaccounts in tekst zonder opmaak kopiëren (zoals demografische patiëntgegevens, apparaatgegevens, pompinstellingen en glucosegegevens), indien beschikbaar.

Als de functie Belangrijkste statistische gegevens kopiëren is ingeschakeld, kunt u op de knop **Belangrijkste statistische gegevens kopiëren** klikken, die rechtsboven in de schermen

Samenvatting en Apparaten van patiëntenaccounts wordt weergegeven, om de informatie op deze schermen naar uw klembord te kopiëren.



OPMERKING: Aangezien met deze functie beschermde gezondheidsinformatie (PHI) wordt gekopieerd naar uw klembord, raadt Glooko aan de regels van uw organisatie te volgen voor de omgang met dergelijke informatie.

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land.*

A.3. Glooko Clinical Research*

Met de functie Glooko Clinical Research kan uw kliniek onderzoeksdeelnemers binnen uw Population Tracker bewaken.

OPMERKING: Om de accounts van onderzoeksdeelnemers gescheiden te houden van de accounts van uw bestaande patiënten, wordt aan uw kliniek specifiek voor onderzoek een nieuwe ProConnect-code toegewezen en moeten uw gebruikers in de kliniek afzonderlijke accounts gebruiken om toegang tot het platform te krijgen. Onderzoeksdeelnemers moeten een van de twee onderstaande methoden gebruiken om hun gegevens te delen:

1. Gegevens uploaden naar het Glooko Clinical Research-platform met de software Glooko Research Uploader.
2. De mobiele Glooko Clinical Research-app downloaden en verbinden met uw ProConnect-code voor klinisch onderzoek.

Deelnemer-ID

Als de functie Glooko Clinical Research is geactiveerd, kunt u een **Deelnemer-ID** invoeren als onderdeel van de workflow Patiëntenaccount aanmaken. De Deelnemer-ID kan worden gebruikt om uw onderzoeksdeelnemers te traceren. U kunt ook op Deelnemer-ID zoeken in de Population Tracker.

Patiënt deactiveren

In Patiëntinstellingen kunt u in de nieuwe Account-sectie een **Patiënt deactiveren**, waardoor de onderzoeksdeelnemer uit het klinisch-wetenschappelijke onderzoek wordt verwijderd en diens account wordt gedeactiveerd.

Research Uploader

Tijdens het gebruik van Glooko Clinical Research, heeft uw kliniek toegang tot een afzonderlijke Uploader voor onderzoek die specifiek is bedoeld om apparaatgegevens van onderzoeksdeelnemers te uploaden naar het Glooko Clinical Research-platform.

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land.*

A.4. 2-staps-verificatie

Met 2-staps verificatie kan uw ziekenhuis twee vormen van authenticatie vereisen voor professionele gebruikers toegang krijgen tot hun accounts. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe voor uw ziekenhuis en uw patiëntgegevens.

Als deze functie is ingeschakeld, ontvangt de gebruiker via e-mail of App-authenticatie een eenmalig wachtwoord dat bij aanmelding bij de Population Tracker moet worden ingevoerd. De gebruiker heeft de optie om deze OTP gedurende 30 dagen op te slaan; anders is telkens wanneer de gebruiker zijn of haar account opent een nieuwe OTP vereist.

OPMERKING: Alleen beheerders kunnen deze instelling beheren voor alle professionele gebruikers in uw ziekenhuis. Mogelijk zijn er echter regionale of nationale wettelijke verplichtingen waardoor een 2-staps verificatie verplicht altijd moet zijn geactiveerd. In dat geval kan deze functie door niemand in het ziekenhuis worden uitgeschakeld.

A.5. Eenmalige aanmelding

Met de functie Eenmalige aanmelding (single sign-on, SSO) kunnen uw Professionele gebruikers zich aanmelden bij hun Population Tracker-account via een beveiligde authenticatieservice die de toegang tot meerdere toepassingen verzorgt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers **Aanmelden met SSO** selecteren in het Glooko-aanmeldscherm, hun aanmeldgegevens voor het Glooko-account invoeren en de prompts op het scherm volgen om hun account te verbinden.



A.6. Zorgprogramma's

Met Glooko-zorgprogramma's kan uw kliniek uw patiëntpopulatie effectief beheren door programma's toe te wijzen die zijn afgestemd op specifieke diabetesbehoeften. Deze programma's bieden u en uw patiënten nuttige hulpmiddelen waarmee inzicht kan worden verkregen in hun unieke diabetestype alsmede advies over het gebruik van Glooko om hun diabetes beter onder controle te krijgen.

Wanneer zorgprogramma's zijn ingeschakeld voor uw kliniek, kunt u programma's vanuit uw Population Tracker aan patiënten toewijzen. Wanneer een programma aan een patiënt is toegewezen, ontvangt hij of zij een e-mail met instructies over hoe deze online toegang kan verkrijgen tot het programma.

A.7. Zwangerschapspakket

Met het Glooko-zwangerschapspakket kan uw kliniek zwangere vrouwen met diabetes contoleren. Als deze functie is ingeschakeld, kan de geschatte uitgerekende datum worden ingevoerd op de pagina Profiel van de patiënt. Hierdoor verschijnt er een zwangerschapslabel in de patiëntenlijst van de kliniek, waarin de huidige zwangerschapsweek + -dag van de patiënt wordt weergegeven voor eenvoudige bewaking van het diabetesbeheer tijdens de gehele zwangerschap.

De patiëntenlijst kan worden gefilterd op zwangerschapspakket, waardoor een volledige lijst van patiënten met een actieve zwangerschapsperiode wordt getoond.

Wanneer u een patiëntenaccount met een ingestelde uitgerekende datum bekijkt, worden de zwangerschapsweek + -dag ook weergegeven op de pagina's Samenvatting, Grafieken en Geschiedenis.

A.8. Patiëntcohorten aanmaken

Klinieken die de Cohorten-functie aan hun abonnement hebben toegevoegd, kunnen aangepaste filtersets opslaan voor herhaald gebruik. Dit draagt bij aan een effectievere analyse van de populatie, gepersonaliseerde interventies en gestroomlijnde zorgprocessen.

Zodra uw kliniek deze add-on heeft gekocht, wordt de functie door Glooko ingeschakeld voor uw site. Hoewel basisfilters voor alle gebruikers beschikbaar zijn, is dit een geavanceerde tool voor cohortbeheer.

- U kunt bijvoorbeeld een cohort aanmaken en opslaan van ***patiënten van 10–18 jaar*** met ***glucosegegevens van de afgelopen 7 dagen*** die een ***tijd binnen bereik hebben van minder dan 50%*** en een ***CGM % tijd actief van meer dan 70%.***

In het filtergedeelte Patiëntenlijst kunt u vervolgens snel uw patiëntenlijst filteren met behulp van het opgeslagen cohort.

Om een nieuw cohort aan te maken:

1. Ga naar de pagina Instellingen in het menu rechtsboven en scrol naar beneden naar **Cohorten**.
2. Klik op **Cohort aanmaken** en selecteer de gewenste filters (zie afbeelding rechts).
3. Nadat u uw filters hebt geselecteerd, klikt u op **Volgende**.
4. Voer een naam en beschrijving voor het cohort in en klik vervolgens op **Opslaan**.

Zichtbaarheid van cohort:**Zichtbaarheid van het cohort:** Alle gebruikers in uw kliniek kunnen de aangemaakte cohorten bekijken en gebruiken. Alleen de maker en beheerders kunnen ze echter bewerken en verwijderen.

Identificeren per cohort: Er wordt een kolom **Cohorten** toegevoegd aan de patiëntenlijst, waarin alle cohorten worden weergegeven waartoe een patiënt momenteel behoort. Als



een patiënt voldoet aan de criteria van een van de cohorten, wordt zijn of haar profiel gemarkeerd met de naam van het cohort, die ook zichtbaar is op de patiëntoverzichtspagina.

Cohorten exporteren: Wanneer een filter met een cohort actief is, wordt er bij het klikken op de knop Exporteren naar CSV rechtsboven in de patiëntenlijst een rapport gegenereerd dat alleen de patiënten in de huidige gefilterde weergave bevat.

Bijlage 2: Apparaatspecifieke functies

B.1. Basal-IQ

Patiënten die een Tandem t:slim X2-pomp gebruiken in combinatie met een CGM kunnen een technologie activeren die Basal-IQ wordt genoemd. Dit is een geavanceerde technologie die een lage bloedsuikerspiegel voorspelt en helpt voorkomen. Basal-IG zorgt ervoor dat een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties kan laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.



Een patiënt die een pomp heeft waarop Basal-IQ is geïnstalleerd, kan kiezen tussen 2 modi:

- Basal-IQ
- Hadmatige modus

Als in Glooko Basal-IQ-gegevens voor een patiënt bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: **Systeemgegevens**. Basal-IQ staat ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

B.2. Control-IQ

Patiënten die een Tandem t:slim X2-pomp gebruiken samen met een CGM hebben de optie om technologie met de naam Control-IQ te activeren. Het is een geavanceerde hybride gesloten-lustechnologie die hoge en lage waarden voorspelt en helpt voorkomen. Met Control-IQ kan een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.



Een patiënt die een pomp heeft waarop Control-IQ is geïnstalleerd, kan kiezen tussen 4 modi:

- Control-IQ
- Slaap
- Lichaamsbeweging
- Handmatig

Als in Glooko Control-IQ-gegevens voor een patiënt bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: **Systeemgegevens**. Control-IQ staat ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

B.3. Omnipod® 5-systeem*

Patiënten die een Omnipod 5-pomp samen met een Dexcom CGM gebruiken, hebben de optie om de gesloten-lustechnologie te activeren die door Insulet is ontwikkeld. Dit is een geavanceerde hybride gesloten-lustechnologie die hoge en lage waarden voorspelt en helpt voorkomen. Hiermee kan een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.



Een patiënt met een Omnipod 5 en een Dexcom CGM kan kiezen uit 4 modussen:

- automatische modus;
- Geautomatiseerd: Beperkt
- Geautomatiseerd: Activiteit
- handmatige modus.

Als in Glooko voor een patiënt closed-loop-gegevens van het Omnipod 5-systeem bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: **Systeemgegevens**. Closed-loop-gegevens staan ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

LET OP: Het Omnipod 5-systeem is een cloud-naar-cloud-integratie. De verbinding met Glooko wordt gemaakt op www.omnipod.com, waar gebruikers de verbinding tussen hun Omnipod 5-systeem en Glooko moeten autoriseren. Nadat de verbinding is gemaakt, worden regelmatig met een uur vertraging gegevens naar Glooko doorgestuurd.

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land.*

B.4. CamAPS FX*

Patiënten die een pomp gebruiken die compatibel is met zowel de Glooko-app als de CamAPS FX-app, hebben de mogelijkheid om de geavanceerde adaptieve hybride gesloten-lustechnologie van CamAPS FX te gebruiken, die automatisch de insulinetoediening aan de insulinepomp aanpast op basis van de glucosewaarden van de sensor.



- De volgende vijf modi worden in Glooko weergegeven:
- Auto mode 'On'
- Boost
- Ease-off
- Attempting
- Auto mode 'Off'

Als in Glooko voor een patiënt gesloten-lusgegevens van de CamAPS FX-app bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: **Systeemgegevens**. Gesloten-lusgegevens staan ook in de dagweergave van het gedeelte **Grafieken**.

**Mogelijk niet beschikbaar in uw land.*